



Ciechanów, dnia 20.11.2024r.

ZP/2501/81/24

**Zmiana w zawiadomieniu o wyborze  
najkorzystniejszych ofert  
(dotyczy części nr 4)**

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup sprzętu jednorazowego dla wszystkich oddziałów szpitalnych**

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie działając na podstawie art. 255 pkt 6. Ustawy PZP zawiadamia, o unieważnieniu postępowania w odniesieniu do części numer 4 (strzykawkki i przedłużacze), gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie:

Zamawiający w opublikowanych dnia 18.10.2024 r. wyjaśnieniach do SWZ udzielił odpowiedzi, pozostających ze sobą w sprzeczności, co spowodowało w rezultacie, że zostały złożone w ramach tej części oferty nie są porównywalne.

Poniżej treść wyjaśnień zamawiającego pozostająca ze sobą w sprzeczności:

„Dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 18

*Na zadane przez Wykonawcę pytanie (Wyjaśnienia do SWZ z dnia 18.10.2024 r., Pytanie 11, podpunkt 6):*

**Czy Zamawiający dopuści dren z zatyczką bez filtra hydrofobowego priming cap+?**

Odpowiedź zamawiającego: „**NIE**”.

*Równocześnie odpowiadając na pytanie Wykonawcy o dopuszczenie produktu (Wyjaśnienia do SWZ z dnia 18.10.2024 r., Pytanie 45):*

**Czy Zamawiający dopuści przyrządy o parametrach:**

**wykonany z wysokiej jakości bezłateksowych materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych**

**technologii co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie**

▪ **dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią,**

**gwarantuje szczelne i pewne połączenie z pojemnikami/workami**

▪ **odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (czerwoną) klapką**

▪ **elastyczna komora kroplowa**

▪ **kropłomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml**

▪ **specjalny filtr do krwi o dużej powierzchni, wielkości oczek 200µm**

▪ **miękki elastyczny dren o długości min. 150cm**

▪ **uniwersalne zakończenie drenu luer-lock**

▪ **precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą i zaczepek na**

**dren do podwieszenia**

▪ **na zacisku rolkowym umieszczona nazwa producenta**

▪ **oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami**

▪ **jednorazowego użytku**

▪ **niepirogenny, nietoksyczny**

▪ **dostępny w wersji bez ftalanów**

▪ **sterylizowany tlenkiem etylenu**

▪ **termin ważności: 5 lat**

▪ **opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (czerwonym) identyfikującym rodzaj przyrządu?**

Odpowiedź zamawiającego: „**TAK**” (dopuszczając produkt nieposiadający filtra priming cap+)

Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 19

Na zadane przez Wykonawcę pytanie (Wyjaśnienia do SWZ z dnia 18.10.2024 r., Pytanie 12, podpunkt 3 oraz Pytanie 46)

**Czy Zamawiający dopuści wewnętrzną średnicę drenu 1,24 mm?**

Zamawiający odpowiedział „**NIE**”.

Równocześnie odpowiadając na pytanie Wykonawcy o dopuszczenie produktu (Wyjaśnienia do SWZ z dnia 18.10.2024 r., Pytanie 69):

**Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużaczy bursztynowych marki Margomed o poniższych**

**parametrach: Przedłużacz do pomp infuzyjnych długość ok. 150 cm, wolny od lateksu i ftalanów**

**DEHP, BBP,**

**DBP - oznaczenie/piktogram fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym),**

**zapewniający trwałe**

**i szczelne połączenie. Wyposażony w osłonkę łącznika luer-lock, łącznik stożkowy luer-lock „męski”, dren o**

**średnicy wewn.1,24 mm, łącznik stożkowy luer -lock „żeński” oraz osłonkę łącznika.**

**Opakowanie**

**papier folia.**

Odpowiedź zamawiającego: „**TAK**”, (dopuszczając produkt o średnicy wewnętrznej drenu 1,24 mm.”

W wyniku powstałych rozbieżności wykonawcy zaferowali asortyment o odmiennych i nieporównywalnych parametrach. Zamawiający nie ma możliwości dokonania obiektywnej oceny ofert. W związku z tym postępowanie jako obciążone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego podlega unieważnieniu.

Zamawiający informuje, że postępowanie dla tej części zostanie powtórzone.

Zawiadomienie o wyborze ofert z dnia 18.11.2024 r. w pozostałym zakresie nie ulega zmianie.

Paulina Witkowska

Referent

Sekcja ds. zamówień publicznych

Wiesław Babiński  
Referent  
Sekcja ds. zamówień publicznych

DYREKTOR  
Andrzej Juliusz Kamasa