

AT - ZP/2505/03/25

Uczestnicy postępowania

dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na "Zakup ultrasonografu okulistycznego z wyposażeniem dla potrzeb Oddziału Okulistycznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie" zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści zaproszenia:

Lp.	pytanie	odpowieź
1.	<p><u>Pytanie 2 do załącznika nr 2A OPZ</u></p> <p>Czy Zamawiający dopuści sondę 15Mhz o podanych parametrach technicznych ?</p> <p>Lp. 24 - Ogniskowa: min. 24 mm</p> <p>Lp. 25- Głębina ostrości: min. 12 mm</p> <p>Lp. 26 - Rozdzielczość osiowa: nie mniej niż 115 µm</p> <p>Lp. Rozdzielczość poprzeczna: nie mniej niż 400 µm</p>	Tak, dopuszczamy.

Wiesław Galizewski
Koordynator
ds. Zamówień Publicznych

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
mgr inż. Ewa Katarzyna Jakimiec