

AT - ZP/2501/116/24

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Jednorazowy sprzęt medyczny (wszystkie oddziały)** ogłoszonego w dniu **30.12.2024** r. w BZP, nr ogłoszenia **2024/BZP 00676714** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

Lp.	pytanie	odpowieź
1	Pakiet 4, pozycja 1 Czy zamawiający dopuści maskę z drenem o długości 2,1m?	Zamawiający dopuszcza zaproponowane parametry
2	Pytanie 1 - Dotyczy Pakietu nr 4 Czy zamawiający dopuści maskę z Polipropylenu (nie zawiera szkodliwych ftalanów i lateksu) wyprofilowana anatomicznie z podwójnym elastromowym kołnierzem z wyprofilowanym zachyłkiem nosowym pozbawioną blaszki i przyjazną środowisku MRI. Z drenem tlenowym o długości 210 cm. Z gumką mocującą z możliwością regulacji. Z rezerwuarem tlenowym produkt mikrobiologicznie czysty jednorazowy?	Zamawiający dopuszcza zaproponowane parametry
3	Pakiet 2 Czy Zamawiający ma na myśli igły insulinowe do pena?	Tak
4	Pakiet 3 Czy Zamawiający ma na myśli maski anestetyczne z otwartym czy nadmuchiwanym kołnierzem?	Zgodnie z SWZ
5	Pakiet 4 Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe wykonane z medycznego PCV ze śladowymi ilościami ftalanów z drenem o długości 210cm oraz rezerwuarem umożliwiającym koncentrację tlenu w zakresie 60%-80%?	Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję.

Paulina Witkowska
Referent
Sekcja ds. zamówień publicznych

Wiesław Babiczewski
Koordynator
ds. Zamówień Publicznych