

AT - ZP/2501/10/25

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Sprzęt do Pracowni Cytostatyków** ogłoszonego w dniu **30.01.2025** r. w **BZP**, nr ogłoszenia **2024/BZP 0077434** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>


Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

Lp	pytanie	odpowieź
1	Pakiet 2, Pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 280-300mm w zależności od rozmiaru, jednorodnie obustronnie polimerowane?	Zgodnie z SWZ
2	Pakiet 2, Pozycja 8 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zgodności z normą EN 388?	Zgodnie z SWZ
3	Pakiet 2, Pozycja 15 Czy Zamawiający dopuści rękawice jednorodnie polimerowane od wewnątrz?	Zgodnie z SWZ
4	Pakiet 2, Pozycja 15 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zgodności z normą EN 421?	Zgodnie z SWZ
5	Pakiet 2, Pozycja 15 Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 7000 par?	Tak
6	Pakiet 3, Pozycja 27 Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, kolor zielony, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie, powierzchnia zewnętrzna gładka, kształt anatomiczny. Wewnętrzna warstwa pielęgnująca na bazie żelu aloesowego. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5; pozbawione tiuramów, MBT - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Zgodne z normą EN 374-1,2,3. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III – potwierdzone dokumentem świadczącym o zgodności wyrobu z Rozporządzeniem (EU)2017/745. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,18mm (+/-0,03), dłoni min 0,10 mankiecie min. 0,10mm, długość min. 280mm. AQL 0,65 - potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiar 6.0-8.5?	Zgodnie z SWZ
7	Pakiet 3, Pozycja 27 Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 1000 par?	Tak
8	Pakiet 2, Pozycja 9-14 Czy Zamawiający może doprecyzować ile sztuk powinno znajdować się w opakowaniu?	W opakowaniu powinno się znajdować 100 szt.
9	Pakiet 2, Pozycja 13 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?	Tak

10	Pakiet 2, Pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'25szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?	Tak
----	---	-----

Jednocześnie Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów informuje, że **zostaje przedłużony termin składania ofert do dnia 17.02.2025 r. godz. 10:00 i otwarcia 17.02.2025 r. godz. 10:30.**

Paulina Witkowska
Referent
Sekcja ds. zamówień publicznych

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

mgr inż. Ewa Katarzyna Jakimiec