

Ciechanów dnia 18.03.2025 r.

AT - ZP/2505/23/25

Uczestnicy postępowania

dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na dostawę **Sprzętu medycznego jednorazowego** zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści zaproszenia:

Lp.	pytanie	odpowieź
1.	P2 odzież operacyjne -koszule Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z włókny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m ² w kolorze granatowym, zakładaną przez głowę. Długość koszuli 120 cm , szerokość 70 cm (obwód 140 cm), koszula nie posiada troków, rękaw o klasycznym kroju? Zdjęcie poglądowe poniżej.	Zgodnie z SWZ
2.	P2 odzież operacyjne -koszule Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?	Tak
3.	P2 odzież operacyjne -koszule Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z włókny SMS o gramaturze 35g/m ² , posiada troki w pasie oraz przy szyi, rękaw krótki o klasycznym kroju, koszula w rozmiarze L o długości 117cm i szerokości 74cm?	Zgodnie z SWZ
4.	P3 jednorazowy pokrowiec/ torebka na holtera Czy Zamawiający dopuści pokrowiec wykonany z włókny SMS 35g/m ² o wymiarach 10x20cm oraz jeden pasek o długości 150cm?	Zgodnie z SWZ
5.	P3 jednorazowy pokrowiec/ torebka na holtera Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?	Tak
6.	Pakiet P2 Czy Zamawiający dopuści w włókninę w kolorze granatowym ?	Zgodnie z SWZ
7.	Pakiet P2 Czy Zamawiający dopuści w włókninę o gramaturze min. 40 g/m ² ?	Zgodnie z SWZ
8.	Pakiet P3 Czy Zamawiający dopuści w włókninę w kolorze zielonym ?	Zgodnie z SWZ
9.	Pakiet P3 Czy Zamawiający dopuści pokrowiec z jednym paskiem o długości min 80cm ?	Zgodnie z SWZ
10.	Pakiet P2 Czy Zamawiający dopuści w włókninę o gramaturze 55 g/m ² ?	Zgodnie z SWZ

11.	Pakiet P2 Czy Zamawiający dopuści w włókninę o gramaturze 45 g/m2?	Zgodnie z SWZ
12.	Pakiet P2 Czy Zamawiający dopuści koszule w rozmiarze uniwersalnym długość 105 cm i szerokość ok 74 cm?	Tak
13.	Pakiet P3 Czy Zamawiający dopuści jeden pasek o długości całkowitej ok 150 cm, pozostałe wymiary bez zmian	Zgodnie z SWZ
14.	DOTYCZY PAKIETU 3 - jednorazowy pokrowiec/torebka na holtera Prosimy o dopuszczenie pokrowców jednorazowych o wymiarach 16,5 x 8,5 cm z fizeliny w kolorze beżowym o gramaturze 80 g/m2 , bez możliwości regulacji paska.	Zgodnie z SWZ
15.	DOTYCZY PAKIETU 3 - jednorazowy pokrowiec/torebka na holtera Prosimy o dopuszczenie pokrowców jednorazowych o wymiarach określonych w postępowaniu, ale z fizeliny w kolorze beżowym o gramaturze 80 g/m2 z możliwością regulacji paska.	Zgodnie z SWZ
16.	Prosimy o modyfikację zapisów § 6 ust. 1 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.	Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów umowy
17.	Dot. pak. nr 1 poz. 2-7 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych spełniały wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki IVD. W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dn. 24 września 2021 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej czytamy: „ 1) pojemniki do przechowywania i transportu materiału histologicznego; pojemniki spełniają wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi. Dodatkowo zgodnie z zawartą definicją pojemnika na próbki w ustawie o wyrobach medycznych czytamy, iż jest to „pojemnik na próbki specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do bezpośredniego przechowywania oraz zabezpieczenia próbek pobranych z organizmu ludzkiego do badania diagnostycznego in vitro”.	Zgodnie z SWZ
18.	Dot. pak. nr 1 poz. 2-7 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych posiadały na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety odpornej na odczynniki rutynowo stosowane na pracowni (dalej zwanej etykietą) lub nadruk lub oznakowania w postaci techniki IML. Na etykietach mają być miejsca na umieszczenie danych takich jak: dane pacjenta, datę i godzinę pobrania oraz datę i godzinę utrwalenia. W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dn. 24 września 2021 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej czytamy: „2) sposób oznakowania pojemników; pojemniki są oznakowane niezmywalnymi etykietami zawierającymi dane pozwalające na identyfikację pacjenta i pobranego materiału, zgodnie z załączonym skierowaniem.” Dodatkowo, zgodnie z wytycznymi PTP zawartego w dokumencie „Standardy organizacyjne oraz standardy postępowania w patomorfologii – wytyczne dla zakładów/pracowni patomorfologii” w Rozdziale 9 pt.: „Zasady utrwalania, zabezpieczenia i transportu materiału tkankowego do badania patomorfologicznego zestaw standardów organizacyjnych oraz standardów postępowania w patomorfologii” czytamy: 1. Pojemniki muszą być oznakowane etykietą z danymi	Zgodnie z SWZ

	identyfikującymi pacjenta oraz informacją o rodzaju pobranego materiału. Dane na etykiecie muszą się zgadzać z danymi na skierowaniu, mogą być wyrażone w formie kodu paskowego. 2. Etykieta umieszczona na naczyniu musi być trwała, niezmywalna, aby nie została zniszczona lub uszkodzona w trakcie transportu, przypadkowego zalania naczynia".	
19.	Dot. pak. nr 1 poz. nr 3 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 1200ml.	Zgodnie z SWZ
20.	Dot. pak. nr 1 poz. nr 4 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 3400ml.	Zgodnie z SWZ
21.	Dot. pak. nr 1 poz. nr 5 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 5600ml.	Zgodnie z SWZ
22.	Dot. pak. nr 1 poz. nr 6 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 10600ml.	Zgodnie z SWZ
23.	Dot. pak. nr 1 poz. nr 7 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 520ml.	Zgodnie z SWZ

Paulina Witkowska
Referent
Sekcja ds. zamówień publicznych

Wiesław Babiczewski
Koordynator
ds. Zamówień Publicznych

DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamasa