

AT - ZP/2501/37/25

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawa materiałów i urządzeń medycznych do wirektomii ogłoszonego w dniu **05.05.2025** r. w **DUUE**, nr ogłoszenia **86/2025 286813-2025** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

Lp	Pytanie	odpowiedź
1.	Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 pozycja nr 1 (L.p Zamawiającego nr 11) barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwiania błon epiretinalnych oraz błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) o składzie 0,18% trypan blue + 0,03% blue life ($C_{48}H_{50}N_3NaO_7S$) rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami, pH 7.0-7.4, osmolarność 270 – 330 mOsm/kg, w ampułkostrzykawkach o pojemności 0.7 ml. W opakowaniu 6 szt?	Zgodnie z SWZ
2.	Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 pozycja nr 2 (L.p Zamawiającego nr 12) gaz okulistyczny SF6 w pojemniku wielokrotnego użytku 75 ml wraz z 3 zestawami do podaży w składzie: 3 x strzykawka 60 ml, 3 x filtr 0.20 um, 3 x igła 30G, 3 x opaska dla pacjenta. Czas efektywnej tamponady 7 dni. Wykonawca w przypadku dopuszczenia opisanego produktu zwraca się z prośbą o odpowiednie przeliczenie wymaganych ilości.	Tak
3.	Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 pozycja nr 3 (L.p Zamawiającego nr 13) dekalinę w ampułkostrzykawkach 7 ml o następujących parametrach: Własności fizyczne (przy 25 °C): gęstość [g/cm3]: 1.91 - 1.93 g/cm3; lepkość [mPas]: 6.2 - 4.4 mPas; napięcie pary wodnej: 13 mmHg, endotoksyny: < 0.2 EU/ml, wskaźnik refrakcji: 1.32 - 1.30, temperatura wrzenia: 140 - 142°C, niecytotoksyczny zgodnie z ISO 10993-5, test kontaktu bezpośredniego przeprowadzony na dwóch liniach komórkowych: komórki nabłonka barwnikowego siatkówki (ARPE-19), komórki broblastów mysich (klon BALB 3T3 A31)	Tak
4.	Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 pozycja nr 4 (L.p Zamawiającego nr 14) olej silikonowy 1000 mPas w ampułkostrzykawkach 10 ml o następujących parametrach: lepkość 1000 mPas, gęstość 0.967 - 0.975 g/cm3, wskaźnik refrakcji w temp 25 stopni: 1.40, Wskaźnik kwasowości: ≤ 0.15 ml NaOH 0.01 N, metale ciężkie: ≤ 5 ppm, związki fenolowe: ≤ 0.20 (250 - 270 nm), zmienność (10g/24h/150°C): ≤ 0.10 %w/w, endotoksyny: < 0.2 EU/ml, niecytotoksyczny zgodnie z ISO 10993-5, test kontaktu bezpośredniego przeprowadzony na dwóch liniach komórkowych: komórki nabłonka barwnikowego siatkówki (ARPE-19), komórki broblastów mysich (klon BALB 3T3 A31)	Zgodnie z SWZ
5.	Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 pozycja nr 5 (L.p Zamawiającego nr 15) olej silikonowy 5000 mPas, w ampułkostrzykawkach 10 ml o następujących parametrach: lepkość 5000 mPas, gęstość 0.967 - 0.975 g/cm3, wskaźnik refrakcji w temp 25 stopni: 1.40, Wskaźnik kwasowości: ≤ 0.15 ml NaOH 0.01 N, metale ciężkie: ≤ 5 ppm, związki fenolowe: ≤ 0.20 (250 - 270 nm), zmienność (10g/24h/150°C): ≤ 0.10 %w/w, endotoksyny: < 0.2 EU/ml, niecytotoksyczny zgodnie z ISO 10993-5, test kontaktu bezpośredniego przeprowadzony na dwóch liniach komórkowych: komórki nabłonka barwnikowego siatkówki (ARPE-19), komórki broblastów mysich (klon BALB 3T3 A31)	Zgodnie z SWZ
6.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie oferty w zakresie pakietu nr 3 na poszczególne pozycje, w celu zwiększenia ilości składanych ofert konkurencyjnych?	Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję
7.	Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 13 ma na myśli sterylny płyn perfluorokarbon w ampułce o pojemności 5 ml czy 7 ml?	7 ml
8.	<u>dot. pakietu 1, poz 2</u> Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie? 1x fartuch S 1x fartuch XL 5x gaziki 5x5 cm 5x gaziki 8x8 cm 2x igła 18G 1x igła 23G 1x kaniula 25G 2x kaniula 27G 1x kaniula z silikonową końcówką 25G 1x kaseta do fakovitrektomii kompatybilna z oferowanym aparatem wraz z drenami, infuzją, witrektomem 25G 3x klips mocujący 1x kubek 60 ml	Tak

	1x mikrogąbki 6szt 1x nóż dwustronnie ostrzony typu Slit 2,2 mm 1x obłożenie pacjenta z folią i kieszeniami odpływowymi obustronnymi, około 140x160 cm 2x obłożenie podłokietników operatora 35,5x80 cm 2x obłożenie stolika instrumentariuszki, około 140x140 cm 1x obłożenie stolika Mayo, około 80x145cm 1x osłonka na tip 1x osłonka plastikowa na oko 1x oświetlacz żyrandolowy 25G 1x pęseta plastikowa 13 cm 1x plaster 2,5x13 cm 2x ręcznik papierowy 2x strzykawka 2 ml luer slip 2x strzykawka 3 ml luer lock 2x strzykawka 5 ml luer lock 1x system trokarów 25G z zaworem EDGEPLUS® 4 mm (1 w opakowaniu) 1x tip do fakoemulsyfikacji 45st	
9.	<u>dot. Zał nr 2a: aparat do witrektomii (...):</u> Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii przez wykonawcę z 24 godzin do 48 godzin (robocze) (z zachowaniem czasu naprawy 3 dni robocze).	Tak
10.	<u>dot. Rozdziału V, pkt 1:</u> Czy Zamawiający dopuści załączenie do oferty dokumentów w postaci ulotek, katalogów (kart katalogowych) broszur lub innych materiałów wystawionych przez autoryzowanego dystrybutora przedstawiciela?	Tak
11.	<u>Dotyczy pakietu nr 2 Jałowy preparat wiskoelastyczny</u> Czy zamawiający dopuści również hydroksypropylometylocelulozę o poniższych parametrach: Sterylny, apirogenny roztwór wysokooczyszczonej hydroksypropylometylocelulozy 2% (HPMC) do stosowania wewnątrzgałkowo o niskiej masie cząsteczkowej i małym napięciu powierzchniowym. Preparat wysoce dyspersyjny. Lepkość: 5250 – 8750 mPas Ph: 6.8 do 7.6 Osmolarność: 270-400 Masa cząsteczkowa: powyżej 80 000 Da Objętość ampułkostrzykawki: 2,0ml, kaniula 23G	Zgodnie z SWZ
12.	Czy Zamawiający dopuści preparat wiskoelastyczny na bazie hydroksymetylocelulozy 2% HPMC: stężenie 20mg/ml HPMC Masa cząsteczkowa: ~ 86,000 Daltons Lepkość: 3000 - 4500 cps at 27°C pH: 6.8 - 7.6 Osmolalność: 250 - 350 mOsm/kg Pojemność 2ml szklana strzykawka, kaniula w zestawie	Zgodnie z SWZ
13.	Czy Zamawiający w pakiecie numer 1 punkt 6 dopuści roztwór soli fizjologicznej do wewnętrznych irygacji o składzie: sód(mMol/l) 156, potas(mMol/l) 10, wapń(mMol/l) 3, magnez(mMol/l) 1, chlorek(mMol/l) 129; pojemność 500ml; butelka szklana lub plastikowa o sztywnych ściankach?	Zgodnie z SWZ
14.	Czy Zamawiający dopuści w pakiecie numer 2 materiał wiskoelastyczny wysoce dyspersyjny / Stężenie: 2% hydroksypropylometylocelulozy (HPMC) / Masa cząsteczkowa: > 500 000 Daltonów / Lepkość (w 25°C): 2 400 – 4 000 mPa.s (co 5s-1) / Osmolarność: 265 – 300 mOsmol/kg / pH: 6.8 – 7.6 / Temperatura przechowywania: poniżej 25°C – nie zamrażać / Pojemność: 2.5 ml / Kaniula o grubości 23G	Zgodnie z SWZ
15.	Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 punkt 11 barwnik do błony granicznej wewnętrznej (ILM) i błony przedsiatkówkowej (ERM) posiadający 2% rozpuszczalną luteinę, 0,05% PBB®- barwnik Pure Benzyl-Brilliant Blue., 0,15% błękit trypanowy. Barwnik zawiera luteinę naturalnego pochodzenia- kwiat nagietka sterylne zapakowaną w szklane ampułkostrzykawki o pojemności 0,5 ml (5 sztuk w opakowaniu)	Zgodnie z SWZ
16.	Czy Zamawiający dopuści w pakiecie numer 3 punkt 12 czysty gaz SF6 / Masa cząsteczkowa: 146 / Temperatura topnienia: -50,8 °C / Temperatura wrzenia: -64 °C / Gęstość względna gazu: 5 / Gęstość względna cieczy: 1,4 / Ciśnienie pary (w 20°C): 21 bar / Rozpuszczalność w wodzie: 41 mg/l / Opakowanie zawiera: kanister SF6 o pojemności 50 ml, filtr sterylizujący, strzykawkę do infuzji o pojemności 50 ml, zawór trójdrożny, igły 27G i 30G, kartę implantu i plastikową bransoletkę dla pacjenta / Warunki przechowywania: temperatura pokojowa, w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego	Tak
17.	Czy Zamawiający dopuści w pakiecie numer 3 punkt 13 dekalinę w jednej sterylnej fiolce ciekłej fluoropochodnej węglowodoru. Przezroczysty płyn o dużej masie właściwej 1.93 g/cm 3, lepkości 1300 – 1400 mPas, współczynnika refrakcji 1.31 w temp. 20 oC. Pakowany sterylne w szklane fiolki 5 ml .	Zgodnie z SWZ
18.	Czy Zamawiający dopuści w pakiecie numer 3 punkt 14 olej silikonowy 1000 - sterylne, lepkość 1000 mPa/s, współczynnik refrakcji 1.40 w temp. 20 oC, gęstość 0,98g/cm 3 przy 22 oC, opakowanie: ampułka o objętości 10ml.	Zgodnie z SWZ
19.	Czy Zamawiający dopuści w pakiecie numer 3 punkt 15 olej silikonowy 5000 - sterylne, lepkość 5000 mPa/s, współczynnik refrakcji 1.40 w temp. 20 oC, gęstość 0,98g/cm 3 przy 22 oC, opakowanie: ampułka o objętości 10ml.	Zgodnie z SWZ

20.	Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 aparat do witrektomii tylnej oraz fakoemulsyfikacji bez możliwości regulacji cyklu pracy noża tj. czasu otwarcia i zamknięcia porty aspiracyjnego niezależnie od ilości cięć natomiast z możliwością zastosowania noża podwójnie tnącego zmniejszającego ryzyko trakcji przy poprawie efektywności pracy noża?	Zgodnie z SWZ
21.	Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 aparat do witrektomii tylnej oraz fakoemulsyfikacji posiadający pneumatyczny napęd noża z jedną linią zasilającą i odprowadzającą? Jedna linia zasilająca nie wpływa na zmniejszenie efektywności pracy (możliwość cięć aż do 15000 cięć/minutę)	Zgodnie z SWZ
22.	Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 aparat do witrektomii tylnej oraz fakoemulsyfikacji posiadający 2 porty źródła światła ale za to z możliwością zastosowania różnych filtrów świetlnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności pracy?	Zgodnie z SWZ
23.	Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 aparat do witrektomii tylnej oraz fakoemulsyfikacji posiadający głowicę do fakoemulsyfikacji generującą ruch końcówki tylko w płaszczyźnie wzdłużnej za to wykorzystujący efekt kawitacji (w celu zwiększenia efektywności pracy) oraz możliwość włączenia modulacji fali ultradźwiękowej (w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy) ?	Zgodnie z SWZ
24.	Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 aparat do witrektomii tylnej oraz fakoemulsyfikacji z częstotliwością pracy głowicy wynoszącą 28,5 kHz co znacząco wpływa na zmniejszenie ilości wydzielanej energii cieplnej (mniej poparzeń rogówki) a przy zastosowaniu 6 kryształów piezoelektrycznych (zamiast standardowych 4) nie wpływa na zmniejszenie efektywności pracy głowicy?	Zgodnie z SWZ
25.	Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 aparat do witrektomii tylnej oraz fakoemulsyfikacji z wbudowanym laserem 532 nm, o mocy 50-2000 mW z przełącznikiem nożnym do lasera zintegrowanym w jeden, z głównym przełącznikiem nożnym do aparatu (dla wygody operatora)?	Zgodnie z SWZ
26.	Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 aparat do witrektomii tylnej oraz fakoemulsyfikacji bez modułu zasilania mikronarzędzi np. mikronożyczek?	Zgodnie z SWZ
27.	Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 aparat do witrektomii tylnej oraz fakoemulsyfikacji posiadający analogiczny do opisanego w Załączniku 2a pkt 12 system utrzymujący stabilne ciśnienie w gałce ocznej, umożliwiający automatyczne wyrównanie zmian ciśnienia wewnątrzgałkowego, oparty na kontroli podciśnienia i dostosowujący do niego automatycznie odpowiednią wielkość infuzji?	Zgodnie z SWZ
28.	Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 aparat do witrektomii tylnej oraz fakoemulsyfikacji z ręcznym kranikiem trójdrożnym do przełączania pomiędzy podażą płynu i powietrza w czasie zabiegu za to bez konieczności potwierdzania ręcznego tej zmiany na monitorze/ekranie aparatu (ta następuje automatycznie po przestawieniu kranika trójdrożnego)?	Zgodnie z SWZ
29.	Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 aparat do witrektomii tylnej oraz fakoemulsyfikacji bez funkcji automatycznego napełniania strzykawki gazem medycznym za pomocą aparatu?	Zgodnie z SWZ
30.	Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 aparat do witrektomii tylnej oraz fakoemulsyfikacji z funkcją refluksu liniowego bez liniowej możliwości regulowania wielkości refluksu za to z możliwością ustawienia przynajmniej 3 różnych rodzajów refluksu (w tym refluks inny niż grawitacyjny) ?	Zgodnie z SWZ
33.	Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 w pozycji 7 kaniulę soft tip 25G 0,51 mm 25G?	Zgodnie z SWZ
34.	Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 jednorazową pęsetę typu eckardt/endgripping zaprojektowaną dla bezpieczeństwa stosowania i wygody operatora. Posiadającą ultracienką końcówkę zaciskową dla lepszej widoczności i chwytu z ergonomicznym uchwytem. Zrównoważona konstrukcja zapewnia optymalne wyczucie i kontrolę. 25 gauge. Jednorazowego użytku. Długość całkowita: 138 mm, 5,4 cala	Zgodnie z SWZ
35.	Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 w pozycji 2 Zestaw operacyjny z kasetą kompatybilną z aparatem do witrektomii 25 G posiadający tip prosty lub tip typu kelman 30 stopni? Aparat ze względu na styl pracy głowicy (niska, bezpieczna częstotliwość pracy oraz dodatkowo efekt kawitacji) nie wymaga tipów kelman w celu zapewnienia efektywności i skuteczności pracy.	Zgodnie z SWZ
36.	Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 w pozycji 2 Zestaw operacyjny z kasetą kompatybilną z aparatem do witrektomii 25 G posiadający osłonkę na tip dobraną do oferowanego typu, całość pasująca do cięcia 2,2 mm?	Zgodnie z SWZ
37.	Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 w pozycji 2 Zestaw operacyjny z kasetą kompatybilną z aparatem do witrektomii 25 G posiadający kaniulę typu visco lub typu "provisc" 27G ?	Zgodnie z SWZ
38.	Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 w pozycji 2 Zestaw operacyjny z kasetą kompatybilną z aparatem do witrektomii 25 G posiadający pęsetę plastikową 13 cm +/- 2 cm ?	Tak
39.	Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 w pozycji 2 Zestaw operacyjny z kasetą kompatybilną z aparatem do witrektomii 25 G posiadający plaster 2,5 cm x 8 cm +/- 0,5cm ?	Tak

PYTANIA DO PROJEKTU UMOWY		
1.	Czy Zamawiający z godzi się na zmianę §1 ust. 2 umowy w następującym brzmieniu: „Ilości towaru wskazane w załączniku nr 1 określają szacunkowe potrzeby Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy, nie stanowią zobowiązania dla Zamawiającego do ich pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości Umowy. Niezrealizowana część Umowy nie przekroczy jednakże 20% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania, określonej w ust 3. <u>Uzasadnienie:</u> Zagwarantowanie Wykonawcy realizacji umowy na poziomie mniejszym niż 80% uniemożliwia mu rzetelną ocenę ryzyka i skalkulowanie oferty jak najkorzystniejszej dla obu stron.	Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy
2.	Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę §4 ust. 4 umowy w następującym brzmieniu: „Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie do 10 dni od daty doręczenia reklamowanego asortymentu. Reklamację uznaje się za uwzględnioną po upływie powyższego terminu.” <u>Uzasadnienie:</u> Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez naocznego zbadania reklamowanego towaru, dlatego termin na jej rozpatrzenie powinien biec od dnia doręczenia mu reklamowanego asortymentu.	Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy
3.	Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 4 ust. 8 umowy w następującym brzmieniu: „Wszelkie koszty związane z rozpatrzeniem reklamacji (w tym koszt odbioru i zwrotu reklamowanych produktów) ponosi Wykonawca, a jeżeli reklamacja okaże się niezasadna, Zamawiający zwróci Wykonawcy koszt odbioru i zwrotu reklamowanych produktów.”? <u>Uzasadnienie:</u> Wykonawca nie powinien ponosić kosztu odesłania towaru, jeżeli reklamacja okaże się bezpodstawna.	Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy
4.	Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 6 ust. 4 umowy w następującym brzmieniu: „Wykonawca oświadcza, że opóźnienia w zapłacie za dostarczony towar, nie przekraczające 14 dni, licząc od daty upływu terminu płatności, określonego w ust. 1, nie spowodują wstrzymania dostaw towaru lub ich nieterminowości.” <u>Uzasadnienie:</u> Opóźnienie dłuższe niż 14 dni powinno dawać Wykonawcy możliwość wstrzymania dostaw. Przeciwnie rozwiązanie prowadziłoby do kredytowania Zamawiającego.	Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy
5.	Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 7 ust. 8 zdanie ostatnie umowy w następującym brzmieniu: „Zamawiający oczekuje zapewnienia e-mailowego lub faksowego dostępu do serwisu w dni wolne od pracy i święta, a telefonicznego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.”? <u>Uzasadnienie:</u> Wykonawca pracuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, może więc zapewnić dostęp telefoniczny tylko w godzinach roboczych. W dni wolne od pracy usterki mogą być zgłaszane drogą elektroniczną lub faksem.	Zamawiający wyraża zgodę na przedstawioną propozycję
6.	Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęci § 7 ust. 10 umowy w następującym brzmieniu: „Jeśli urządzenie nie zostanie naprawione w terminie ustalonym w ust. 9, Strony ustalają nałożenie na Wykonawcę kary umownej w wysokości 200,00 zł za każdą rozpoczętą 24 godzinną zwłokę w naprawie urządzenia, ponad termin ustalony w ust. 9, ale nie więcej niż 2.000 zł za daną zwłokę.”? <u>Uzasadnienie:</u> Wykonawca prosi o obniżenie kary umownej do wysokości bardziej odpowiadającej ewentualnej szkodzie, jakiej może doznać Zamawiający. Ponadto koniecznym jest ustanowienie górnego limitu naliczania kar umownych, aby nie rosły one „w nieskończoność”.	Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy
7.	Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 7 ust. 18 umowy w następującym brzmieniu: „Zamawiający zobowiązuje się użytkować urządzenia w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i warunkami eksploatacji określonymi w instrukcji obsługi producenta analizatora, zabezpieczyć przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem i dostępem osób niepowołanych oraz nie oddawać ich do używania osobom trzecim.”? <u>Uzasadnienie:</u> Dzierżawiony sprzęt będzie znajdował się pod pieczęcią Zamawiającego, który powinien należycie zabezpieczyć go przed uszkodzeniem, kradzieżą i dostępem osób niepowołanych.	Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy
8.	Czy Zamawiający zgodzi się zmienić § 8 ust. 1 projektu umowy w ten sposób, aby wynagrodzenie nie uległo obniżeniu poniżej ceny ofertowej oraz wskazany poziom wzrostu kosztów realizacji zamówienia uprawniający do waloryzacji wynagrodzenia został obniżony z 30% do 5%, a początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia został ustalony na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 5%? <u>Uzasadnienie:</u> - Cena ofertowa uwzględnia prognozy ewentualnych obniżek cen na rynku, dlatego obniżenie wynagrodzenia nie powinno następować poniżej tej wielkości; - Oferta jest składana w warunkach inflacji i niestabilnej sytuacji gospodarczej. Próg uprawniający do waloryzacji wynagrodzenia powinien zostać obniżony do 5%. W przeciwnym wypadku, gdyby wzrost ten wyniósł niecałe 30% - czyli bardzo dużo względem dnia składania oferty – Wykonawca	Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy

	nie mógłby liczyć na zmianę wysokości wynagrodzenia;	
9.	Czy Zamawiający zgodzi się dodać w §9 ust. 2 pkt 2) ppkt a) umowy w następującym brzmieniu: „Jeżeli cena zamiennika będzie wyższa niż cena towaru objętego umową, Wykonawca dostarczy zamiennik po aktualnej cenie rynkowej.”? <u>Uzasadnienie:</u> Wykonawca nie powinien być zobowiązany do realizowania zamówienia ze stratą. Jeśli na rynku dostępne będą zamienniki wyłącznie w cenach wyższych niż towar objęty umową, będą one dostarczane po cenie rynkowej.	Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję
10.	Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć §11 ust. 1 umowy w następującym brzmieniu: „1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne z następujących tytułów: A/ w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 2 umowy (bez dodatkowego wezwania ze skutkiem natychmiastowym), lub w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania umowy lub odstąpienia od Umowy w całości lub części przez Wykonawcę – w wysokości 10 % Wartości netto niezrealizowanej części Umowy. B/ w wysokości 0,5% wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy jednostkowej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; górną granicę kary umownej z tego tytułu stanowi 10% wartości netto niezrealizowanej dostawy; C/ w wysokości 0,5% wartości netto reklamowanego zwróconego przedmiotu umowy odpowiednio za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad, o którym mowa w § 3 ust. 5 niniejszej umowy; górną granicę kary umownej z tego tytułu stanowi 10% wartości netto reklamowanego przedmiotu umowy. D/ w przypadku odmowy realizacji zamówienia jednostkowego, o której mowa w § 3 ust. 1 sukcesywne dostawy niniejszej umowy - w wysokości 5 % wartości netto przedmiotu dostawy którego realizacji Wykonawca odmówił, za każdy taki przypadek.”? <u>Uzasadnienie:</u> - Kary umowne powinny zostać obniżone do wartości bardziej odpowiadającej wysokości ewentualnej szkody, jakiej może doznać Zamawiający - Kara umowna naliczana w przypadku odstąpienia od umowy powinna być oparta o wartość niezrealizowanej części zamówienia. W przeciwnym wypadku miałyby zawsze tę samą wysokość bez względu na stopień realizacji umowy;	Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy
11.	Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 12 ust. 2 umowy w następującym brzmieniu: <i>„Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy w całości lub części, bez dodatkowego wezwania Wykonawcy (ze skutkiem natychmiastowym) w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, z jednoczesnym uprawnieniem żądania zapłaty kary umownej, w każdym z następujących przypadków:</i> <i>a. czterokrotnie nieterminowo zrealizowanych w całości lub w części dostaw jednostkowych (w tym braku realizacji dostaw) realizowanych na podstawie jednostkowych zamówień złożonych przez Zamawiającego w okresie kolejnych 60 dni kalendarzowych lub</i> <i>b. czterokrotnie niedotrzymania terminów o których mowa w § 3 ust. 6 niniejszej umowy wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad (całości reklamowanej dostawy lub jej części lub braku wymiany reklamowanej dostawy w całości lub części), na podstawie zgłoszonych w okresie kolejnych 60 dni kalendarzowych przez Zamawiającego reklamacji stanowiących podstawę wymiany lub</i> <i>c. powtarzających się, uzasadnionych reklamacji ilościowych lub jakościowych dostaw jednostkowych tj. 4 (cztery) uzasadnione reklamacje dotyczące całości lub części 4 (czterech) różnych dostaw jednostkowych złożone przez Zamawiającego w okresie kolejnych 60 dni kalendarzowych lub</i> <i>d. w innych przypadkach opisanych w niniejszej umowie jeśli takie zostały przewidziane.</i> <u>Uzasadnienie:</u> Umowa zostaje zawarta aż na 36 miesięcy, dlatego zasadnym jest zwiększenie dopuszczalnej ilości uchybień, których zaistnienie nie będzie wiązało się z ryzykiem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.	Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy
12.	Uprzejmie prosimy o zwiększenia stopnia realizacji umowy w § 1 ust. 2 Wzoru umowy zgodnie z poniższym zapisem: „2. Ilości towaru wskazane w załączniku nr 1 określają szacunkowe potrzeby Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy, nie stanowią zobowiązania dla Zamawiającego do ich pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości Umowy. Niezrealizowana część Umowy nie przekroczy jednakże 20% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania, określonej w ust 3.”	Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję

13.	Uprzejmie prosimy o zwiększenia stopnia realizacji umowy w § 1 ust. 6 Wzoru umowy zgodnie z poniższym zapisem: „6. Wykonawca akceptuje prawo Zamawiającego, wynikające z jego bieżące potrzeb, do zmiany ilości zamawianego przez niego towaru w poszczególnych pozycjach asortymentowych ustalonych w załączniku nr 1 do Umowy, skutkujące zmniejszeniem tej ilości, nie więcej jednak niż o 20%”	Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję
14.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności za dostawy do 30 dni?	Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję
15.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy ?	Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję
16.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.	Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję
17.	Dotyczy § 7 ust. 10 projektu umowy dostawy: Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych zgodnie z poniższym zapisem: „10. Jeśli urządzenie nie zostanie naprawione w terminie ustalonym w ust. 9, Strony ustalają nałożenie na Wykonawcę kary umownej w wysokości 100,00 zł za każdą rozpoczętą 24 godzinną zwłokę w naprawie urządzenia, ponad termin ustalony w ust. 9.”	Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję
18.	Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych zgodnie z poniższym zapisem: „1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne z następujących tytułów: A/ w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 2 umowy (bez dodatkowego wezwania ze skutkiem natychmiastowym), lub w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania umowy lub odstąpienia od Umowy w całości lub części przez Wykonawcę – w wysokości 5% Wartości niezrealizowanej części Umowy. B/ w wysokości 0,1 % wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy jednostkowej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; górną granicę kary umownej z tego tytułu stanowi 10% wartości netto niezrealizowanej dostawy; C/ w wysokości 0,1% wartości netto reklamowanego zwróconego przedmiotu umowy odpowiednio za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad, o którym mowa w § 3 ust. 5 niniejszej umowy; górną granicę kary umownej z tego tytułu stanowi 10% wartości netto reklamowanego przedmiotu umowy. D/ w przypadku odmowy realizacji zamówienia jednostkowego, o której mowa w § 3 ust. 1 sukcesywne dostawy niniejszej umowy - w wysokości 5 % wartości netto przedmiotu dostawy którego realizacji Wykonawca odmówił, za każdy taki przypadek;”	Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję

Paulina Witkowska
Referent
Sekcja ds. zamówień publicznych

Wiesław Babiczewski
Koordynator
ds. Zamówień Publicznych

DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamasa