

Ciechanów dnia, 06.06.2025 r.

AT - ZP/2501/45/25

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Odczynniki do analizatora parametrów krytycznych RADIOMETER ABL 90 Plus** ogłoszonego w dniu **28.05.2025** r. w **BZP**, nr ogłoszenia **2025/BZP 00252638** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>


Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

Lp	Pytanie	Odpowiedź
1.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku wykrycia skrzepu w odczynniku/materiale zużywalnym/awarii/ uszkodzenia/wady sumować liczbę niewykorzystanych testów w reklamowanych kasetach. Jeżeli liczba zsumowanych testów osiągnie objętość pełnej kasety Wykonawca na własny koszt dokona zwrotu). Lub Czy Zamawiający dopuści możliwość wystawienia faktur korygujących wystawionych na niezrealizowaną i niewykorzystaną ilość testów z reklamowanej kasety sensorowej / pakietu odczynnikowego?)	Zgodnie z SWZ

Paulina Witkowska
Referent
Sekcja ds. zamówień publicznych



Wiesław Babiczewski
Koordynator
ds. Zamówień Publicznych



DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamasa