

Ciechanów dnia, 25.06.2025 r.

AT - ZP/2501/55/25

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Sprzęt jednorazowy medyczny** ogłoszonego w dniu **17.06.2025 r.** w **BZP**, nr ogłoszenia **2025/BZP 00282631** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

Lp	Pytanie	Odpowiedź
1.	Pakiet nr 5 poz. 25 Prosimy o możliwość podania ceny za najmniejsze opakowanie handlowe elektrod tj. 50szt z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 100 op.	Zgodnie z SWZ
2.	Pakiet nr 5 poz. 34,35,37 Prosimy o informację czy Zamawiający w ww papierach oczekuje papieru kompatybilnego czy oryginalnego. Kompatybilny papier jest z powodzeniem stosowany w wielu szpitalach.	Zgodnie z SWZ
3.	Pakiet 4 Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści rurkę intubacyjną, przezroczystą o średnicy od 2,5 do 4,5 z mankietem niskociśnieniowym o standardowej przepuszczalności dla podtlenku azotu oraz rurkę intubacyjną o średnicy od 5 do 10 spełniającą wszystkie wymagania SWZ.	Zgodnie z SWZ
4.	Pakiet 4 Czy Zamawiający w pozycji 15 mógłby doprecyzować, czy rurka foniatryczna powinna posiadać mankiet niskociśnieniowy.	Zgodnie z SWZ
5.	Pakiet 4 Czy Zamawiający w pozycji 23 dopuści (stosowany przez Zamawiającego) mandryn, tj. prowadnicę do rurki intubacyjnej, do ukształtowania, w rozmiarach: - 2,0 mm / 25,5 cm- do rurek o średnicy 2,5-4,5 mm - 4,0 mm / 33,5 cm - do rurek o średnicy 5,0-8,0 mm - 5,0 mm / 36,5 cm - do rurek o średnicy 8,5-11,0 mm.	Zgodnie z SWZ
6.	Dotyczy pakietu 3 Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 1 odpuści ostrza do strzygarki, jednorazowe uniwersalne. Ostrza ogólnego zastosowania do owłosienia ciała , wydajność golenia - 12 000 włosów na sekundę , wysokość cięcia 0,21 mm , szerokość cięcia 31,5 mm. Konstrukcja wyklucza uszkodzenie skóry. Pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 50 szt. Kompatybilne ze strzygarką firmy Becton Dickinson model: 551	Zgodnie z SWZ
7.	Dotyczy pakietu 3 Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 2 odpuści dopuści strzygarkę chirurgiczną z nieruchomym ostrzem, przeznaczona do usuwania owłosienia we wszystkich procedurach medycznych. Model 5513E firmy BECTON DICKINSON POLSKA Sp. z o.o. Wyposażona w dwie diody	Zgodnie z SWZ

	LED: poziom i stan naładowania napięcie / natężenie robocze 3,25 V DC / 390 mA (maks.) Waga 121 gramów Wymiary 153 × 49 × 39 mm (wys. × szer. × gł.) Czas do całkowitego naładowania Maksymalnie 17 godzin. Hałas w trakcie pracy w zakresie 69-75 db . Wodoszczelność: stopień ochrony IPX7. Możliwość strzyżenia na sucho i na mokro. Żywotność akumulatora Minimum 350 cykli Typ akumulatora Litowo-jonowy 680 mAh. Czas pracy strzygarki na w pełni naładowanej baterii min 97 min. Dostępne 3 różne typy kompatybilnych ostrzy jednorazowych (ostrza ogólnego zastosowania, ostrza neurologiczne, ostrza do wrażliwych i trudno dostępnych miejsc). Strzygarka z ładowarkę kompatybilną ze strzygarką chirurgiczną firmy Becton Dickinson model: 5513E Waga ładowarki: 200–250 g ±10 g Źródło zasilania: 100–240 V AC; 50–60 Hz, 30 mA . Możliwość montażu ściennego Wymiary: 80 × 61 × 44 mm (wys. × szer. × gł.), długość przewodu: 1870 mm	
8.	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozdzielenie w pakiecie nr 3 poz. 2 pozycji „ładowarka i strzygarka” w formularzu cenowym na dwie odrębne pozycje: a) Ładowarka, b) Strzygarka Produkty te stanowią dwa niezależne urządzenia, posiadające odrębne kody katalogowe oraz różniące się specyfikacją techniczną i funkcjonalnością. Ujęcie ich jako jednej pozycji formularzu cenowym utrudnia prawidłowe przygotowanie oferty oraz może prowadzić do niejasności na etapie realizacji dostawy i rozliczeń. Rozdzielenie tych pozycji pozwoli nie tylko na precyzyjne wskazanie oferowanych modeli, ale również ułatwi Państwu proces weryfikacji ofert, kontrolę dostaw oraz późniejsze zarządzanie dokumentacją i serwisem technicznym. W naszej ocenie takie rozwiązanie będzie korzystne zarówno dla wykonawców, jak i dla Zamawiającego. Prosimy o zamieszczenie zaktualizowanego formularza cenowego.	Zgodnie z SWZ
9.	P1 – podkłady medyczne 1. Czy zamawiający dopuści gramaturę 17 g/m2 (jednej warstwy)? 2. Czy zamawiający dopuści perforację co 44 cm ? 3. Czy zamawiający dopuści perforację w zakresie 38-50 cm ? 4. Czy zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt. = 1 rolkę o dł. 50 m?	Zgodnie z SWZ
10.	Do części nr: 1 Czy zamawiający dopuszcza podkład w rolce wysokość 50cm x długość 80 cm, z przeliczeniem ilości rolek i zachowaniem pozostałych parametrów 50 cm wysokości x 50 cm długości = 3500 rolek więc odpowiednio 50 cm wysokości x 80 cm długości = 2 188 rolek	Zgodnie z SWZ
11.	Czy zamawiający dopuszcza perforację co 33 – 50 cm z zachowaniem pozostałych parametrów?	Zgodnie z SWZ
12.	Pakiet 4, pozycja 13 Czy zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną o parametrach: • Wykonana z medycznego PVC • Kanał wbudowany w ściankę rurki do odsysania wydzieliny znad mankietu • Dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem • Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki i numerem LOT • Mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy • Przezroczysta • Linia rtg na całej długości rurki • Miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu • Prowadnica • Łącznik 15 mm • 2 tasiemki mocujące • Bez lateksu	Zgodnie z SWZ

	• Jałowa, jednorazowego użytku • Pakowana w blister zachowujący kształt rurki • Dostępne rozmiary: 6,0 – 9,5?	
13.	Pakiet 4, pozycja 13 Czy zamawiający odstąpi od parametru „samoblokujący się mandryn”?	Zgodnie z SWZ
14.	Pakiet 4, pozycja 19 Czy zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń tylko w rozmiarze 18G?	Zgodnie z SWZ
15.	Pakiet 4, pozycja 20 Czy zamawiający dopuści rurki z termoplastycznego, silikonowanego PVC?	Zgodnie z SWZ
16.	Pakiet 4, pozycja 22 Czy zamawiający dopuści rurkę o parametrach: • Wykonana z medycznego PVC • Przezroczysta • Linia rtg na całej długości rurki • Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki i numerem LOT • Mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy • Miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu • Prowadnica • Łącznik 15 mm • 2 tasiemki mocujące • Bez lateksu • Jałowa, jednorazowego użytku • Pakowana w blister zachowujący kształt rurki	Zgodnie z SWZ
17.	Pakiet 4, pozycja 23 Czy zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarach: 2.0 / 255mm do rurek o śred. 2,5 mm-4,5mm 4.0/340mm do rurek o śred. 5.5-6.5 mm 4,6/ 340mm do rurek o śred 5,5-10mm?	Zgodnie z SWZ
18.	Część 1, poz. 1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie podkładu dwuwarstwowego gramatura 2x min. 16g/m2, perforacja co 38cm	Zgodnie z SWZ
19.	Do umowy: Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?	Zgodnie z SWZ
20.	P1 jednorazowe podkłady medyczne Czy Zamawiający dopuści podkład medyczny w rolce dwuwarstwowy o gramaturze 2 x 17g/m2, spełniający pozostałe wymagania SWZ?	Zgodnie z SWZ
21.	Pakiet 5, pozycja 24 elektrody , papier, żele Czy Zamawiający może doprecyzować ile sztuk powinno znajdować się w op?	Zgodnie z SWZ
22.	Pakiet 5, pozycja 24-25 elektrody , papier, żele Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?	Zamawiający wyraża zgodę na przedstawioną propozycję
23.	Pakiet 5, pozycja 24 elektrody , papier, żele Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 48mm?	Zgodnie z SWZ
24.	Pakiet 5, pozycja 24 elektrody , papier, żele Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozmiarze 42x56mm?	Zgodnie z SWZ
25.	Pakiet 5, pozycja 38 elektrody , papier, żele Czy Zamawiający dopuści papier EKG Lifepak 108x23m?	Zgodnie z SWZ
26.	Pakiet 5, pozycja 40 elektrody , papier, żele Czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego?	Zamawiający potwierdza, że oczekuje papieru oryginalnego
28.	Pakiet 5, pozycja 46 elektrody , papier, żele Czy Zamawiający dopuści zamienniki?	Zgodnie z SWZ
29.	Pakiet 5, pozycja 49 elektrody , papier, żele Czy Zamawiający dopuści Elektrody Zoll CPR-D Padz do defibrylatorów Zoll AED Plus i Zoll AED Pro Elektrody połączone w jedną całość zapobiegają błędom podczas procedury naklejania na klatkę piersiową pacjenta. Specjalny sensor (czujnik siły nacisku) mierzy i rejestruje	Zgodnie z SWZ

	głębokość i częstotliwość ucisków klatki piersiowej, uruchamiając jednocześnie funkcję informacji o poprawności prowadzenia akcji ratunkowej w formie komunikatów głosowych oraz na wyświetlaczu defibrylatora. Elektrody mogą być używane jako jedna całość lub osobno. Daje to możliwość wyboru miejsca umieszczenia elektrod. Od października 2006 roku okres trwałości elektrod został wydłużony z ok. 5 lat. W marcu 2008 roku zostały wprowadzone kolejne udoskonalenia, takie jak: kabel o długości 110 cm oraz ulepszony sensor. Kabel elektrod nie jest zamknięty w opakowaniu, dzięki czemu elektrody mogą zostać wstępnie podłączone do defibrylatora. Skróci to czas przygotowań pacjenta do defibrylacji w nagłym przypadku. W przypadku defibrylatora Zoll AED Plus po podłączeniu elektrod urządzenie rozpozna ich rodzaj (dla dorosłych, pediatryczne)?	
30.	Pakiet 5, pozycja 49 elektrody , papier, żele Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 5 pozycje 49 i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.	Zgodnie z SWZ
31.	Pytanie dotyczy Pakietu 2 pojemniki do badań histopatologicznych i cytofix poz. 3 Czy Zamawiający dopuści pojemnik do badań histopatologicznych plastikowy, jednorazowy z przykrywką - 150 ml	Zgodnie z SWZ
32.	Pytanie dotyczy Pakietu 2 pojemniki do badań histopatologicznych i cytofix poz. 4 Czy Zamawiający dopuści pojemnik do badań histopatologicznych plastikowy, jednorazowy z przykrywką - 1000 ml	Zgodnie z SWZ
33.	Pytanie dotyczy Pakietu 2 pojemniki do badań histopatologicznych i cytofix poz. 5 Czy Zamawiający dopuści pojemnik do badań histopatologicznych plastikowy, jednorazowy z przykrywką – 3000 ml	Zamawiający wyraża zgodę na przedstawioną propozycję
34.	Pytanie dotyczy Pakietu 2 pojemniki do badań histopatologicznych i cytofix poz. 6 Czy Zamawiający dopuści pojemnik do badań histopatologicznych plastikowy, jednorazowy z przykrywką – 5000 ml	Zgodnie z SWZ
35.	Pytanie dotyczy Pakietu 2 pojemniki do badań histopatologicznych i cytofix poz. 7 Czy Zamawiający dopuści pojemnik do badań histopatologicznych plastikowy, jednorazowy z przykrywką – 11000 ml	Zgodnie z SWZ
36.	Pytanie dotyczy Pakietu 2 pojemniki do badań histopatologicznych i cytofix poz. 8 Czy Zamawiający dopuści pojemnik do badań histopatologicznych plastikowy, jednorazowy z przykrywką – 500 ml	Zgodnie z SWZ
37.	Dotyczy treści SWZ, dział XI. Opis sposobu przygotowania oferty, Punkt 1, podpunkt 2): Czy Zamawiający wyrazi zgodę i uzna za wystarczające dołączenie oryginalnych materiałów informacyjnych/Folderów/katalogów/prospektów/informacji/opisów dystrybutora w którym będą wyszczególnione informacje potwierdzające wszystkie wymagane parametry wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia? Oryginalne materiały/foldery producenta bardzo często nie odnoszą się do szczegółowych parametrów opisywanych przez Zamawiających w SWZ i są jedynie ulotką informacyjną. W związku z tym większość materiałów nie potwierdzałoby wszystkich wymaganych parametrów, zatem zasadne jest sporządzanie ich przez dystrybutora w oparciu o informacje od producenta i najlepszą wiedzę profesjonalnego wykonawcy na rynku medycznym.	Zamawiający dopuści, zamiast dokumentu/ów wymienionych w zdaniu poprzednim, oświadczenie producenta oferowanego asortymentu, że spełnia on wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
38.	Pakiet 2, Pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 100/150 ml?	Zgodnie z SWZ

39.	Pakiet 2, Pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 1 l?	Zgodnie z SWZ
40.	Pakiet 2, Pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 3 l?	Zgodnie z SWZ
41.	Pakiet 2, Pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 5 l?	Zgodnie z SWZ
42.	Pakiet 2, Pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 500 ml?	Zgodnie z SWZ
43.	P3 strzygarka chirurgiczna i ostrza Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych, jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej zaproponowanej w poz. 2. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, uniwersalne, szerokość cicia ostrza tnącego 36 mm, wysokość cicia włosów 0,3mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiejkolwiek uszkodzenie skóry, wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blisterów/ pudełko.	Zgodnie z SWZ
44.	P3 Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności strzygarki o poniższych parametrach: - Strzygarka służąca do usuwania owłosienia przed zabiegami operacyjnymi bez możliwości zacięcia skóry, lekka, ergonomiczna, wyposażona w trzyczakresową, obrotową głowicę (kąt 00, kąt 450 w lewo, kąt 450 w prawo), do stosowania na mokro i sucho. - Czas ładowania strzygarki: maksimum 120 minut. - Strzygarka wyposażona w wyświetlacz cyfrowy LED sygnalizującą stopień naładowania baterii, oraz antypoślizgowy, ergonomiczny uchwyt zapobiegający obrażeniom w wyniku wyslizgnięcia się strzygarki. - Wysoko wydajna bateria Li-ion - Czas pracy strzygarki: 150 minut - W komplecie ładowarka z możliwością postawienia na biurku lub przymocowania do powierzchni pionowych. - Strzygarka z możliwością mycia pod bieżącą wodą oraz możliwością dezynfekcji zanurzeniowej (klasa szczelności min. IPX7). - Niski poziom hałasu: max 60dB - Bezkontaktowy i higieniczny montaż ostrza na głowicy, zdejmowanie ostrza tnącego jedną ręką - Konstrukcja strzygarki uniemożliwiająca uszkodzenie skóry – brak kontaktu ostrzy z powierzchnią skóry - Waga strzygarki: 132g (bez ostrzy), 142g (z ostrzami) - Wymiary strzygarki (z założonym ostrzem): 158x46.5x40.5mm - Wysokość strzyżenia: 0,3 mm - Instrukcja obsługi w języku polskim. - Zarejestrowana jako wyrób medyczny	Zgodnie z SWZ

Paulina Witkowska
Referent
Sekcja ds. zamówień publicznych

Wiesław Babiński
koordynator
ds. zamówień publicznych