

ZP/2501/61/25

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania pn. Dostawa aparatury medycznej – znak ZP/2501/61/25

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na zapytania wykonawców.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
	Część 10: Stół operacyjny – szt.2	
1.	Punkt 2-3 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z podstawą jezdnią, w kształcie litery T (3 koła w tym jedno obrotowe). 2 koła o średnicy 125 mm, natomiast 3 obrotowe o średnicy 80mm. Wszystkie koła skrętne umożliwiające jazdę w dowolnym kierunku. Koła zabudowane w podstawie jezdnej, niewystające poza podstawę stołu podczas zabiegu? Podstawa stołu niemalże płaska bez jakichkolwiek dźwigni i elementów wystających.	Zgodnie z SWZ.
2.	Punkt 3 tabeli : Prosimy Zamawiającego o zrezygnowanie z wymogu 5 koła kierunkowego? W oferowanym modelu jedno koło obrotowe zapewnia dobre własności jezdne.	Zgodnie z SWZ.
3.	Punkt 7 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z maksymalnym wysunięciem blatu poza kolumnę o 1440mm?	Tak
4.	Punkt 16 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pilot z funkcją stand-by? Pilot wchodzi w stan uśpienia po 60 sekund od nieużywania funkcji? W celu ponownej aktywacji należy nacisnąć przycisk „ON”?	Tak
5.	Punkt 17 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół bez funkcji ostrzegania o możliwości wystąpienia kolizji?	Zgodnie z SWZ.
6.	Punkt 20 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z elektrohydrauliczną regulacją segmentu nóg w zakresie -90/+25°?	Tak
7.	Punkt 25 tabeli: Prosimy Zamawiającego o zrezygnowanie z wymogu programowania funkcji na pilocie.	Zgodnie z SWZ.
8.	Punkt 26 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z regulacją wysokości w zakresie 680-1080mm?	Zgodnie z SWZ.
9.	Punkt 32 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół z systemem antykolizyjnym, wykrywającym nieprawidłowości między działaniem stołu i jego funkcjami elektrycznymi pod warunkiem braku przeszkód z zewnątrz, np. ustawionym pod blatem stołu np. koszem na odpady?	Zgodnie z SWZ.
10.	Punkt 33 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół, który nie jest wyposażony w czujniki antykolizyjne?	Zgodnie z SWZ.
11.	Punkt 36 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół z materacami mocowanymi na piny (trzpień) wykonane ze stali nierdzewnej?	Zgodnie z SWZ.
12.	Punkt 39 tabeli: Prosimy zamawiającego o zrezygnowanie z wymogu: Możliwość awaryjnej regulacji przechyłłów bocznych i wzdłużnych blatu, sekcji pleców oraz wysokości stołu w przypadku awarii głównej pompy elektrycznej lub rozładowania głównego akumulatora za pomocą nożnej pompy hydraulicznej z jednoczesnym wyborem funkcji na awaryjnym panelu na kolumnie stołu.	Zgodnie z SWZ.
13.	Punkt 44 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z max wagą pacjenta umożliwiającą użycie stołu w dowolnym położeniu –300 kg?	Zgodnie z SWZ.
14.	Punkt 45 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół bez możliwości włączenia funkcji powolnego startu?	Zgodnie z SWZ.
15.	Punkt 48 tabeli: Czy6 zamawiający dopuści do zaoferowania podpórkę ręki o długości 50cm, z dwoma pasami mocującym, mocowaną na szynie bocznej, ustawianej przy pomocy jednej dźwigni z zaciskami?	Tak
16.	PUNKT 49 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pas brzuszny o długości 1350mm i szerokości 100mm z klamrami bocznymi?	Tak
17.	Punkt 52 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik o wymiarach 810x 305mm, mocowany do szyny bocznej stołu z jednym zintegrowanym zaciskiem na szynę wraz z regulowaną podporą do oparcia stolika na podłodze - 1 szt.	Zgodnie z SWZ
18.	Punkt 55 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pozycjoner pod głowę dla dorosłych zamknięty o wymiarach 200x 75mm?	

Wiesław Babizewski
kierownik
ds. zamówień publicznych

DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamasa