

ZP/2501/61/25

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania pn. Dostawa aparatury medycznej – znak ZP/2501/61/25

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na zapytania wykonawców.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Dotyczy: SWZ Prosimy w rozdz. XV, pkt. 3.3 o wyrażenie zgody na możliwość złożenia przedmiotowych środków dowodowych w postaci folderów, prospektów, zdjęć lub innych dokumentów pochodzących od producenta lub autoryzowanego dystrybutora, zawierających opis oferowanych produktów, potwierdzający spełnienie wymagań określonych w załącznikach nr 2 do SWZ. Materiały pochodzące od producenta jako materiały do ogólnej dystrybucji nie zawierają szczegółowych wymagań z opisu przedmiotu zamówienia, ponieważ mają charakter reklamowy i są skierowane do nieoznaczonego adresata (nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie lub nawet większość parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu).	W pkt. 3.3. Zamawiający wskazał, jakie pśd wykonawca może złożyć zamiast folderów, prospektów, zdjęć lub innych dokumentów pochodzących od producenta
	Dotyczy: część 5 – Łóżko specjalistyczne elektryczne – 2 szt.	
2.	Prosimy (w pkt. 2) o wyrażenie zgody na zaoferowanie podstawy łóżka pantografowej podpierającej leże w 4 punktach dla zagwarantowania stabilności leża.	Zamawiający wyraża zgodę
3.	Prosimy (w pkt. 3) o rezygnację z wymogu „... lakier zgodny z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub równoważny potwierdzającym że stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych”, ponieważ norma EN ISO 10993 dotyczy określenia wpływu wyrobów medycznych na tkanki, co nie ma odniesienia do łóżka szpitalnego, jak również w/w norma EN ISO 10993-5:2009 opisuje Biologiczną ocenę wyrobów medycznych – Część 5: Badania cytotoksyczności in vitro. Oferowane przez nas łóżka będą posiadały powłokę epoksydowo – poliestrową z użyciem antybakteryjnego lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów (powłoka antybakteryjna przetestowana zgodnie z normą ISO 22196:2011). Łóżka są także wyprodukowane zgodnie z wymogami normy EN ISO 10993-1:2009 - Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 1, która ma na celu ochronę ludzi przed potencjalnym ryzykiem biologicznym wynikającym z używania wyrobów medycznych.	Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania
4.	Prosimy (w pkt. 4) o wyrażenie zgody na zaoferowanie zasilania łóżka z sieci elektrycznej 100-240V, 50-60Hz i z akumulatora wbudowanego w układ elektryczny łóżka, podtrzymującego sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego.	Zgodnie z SWZ
5.	Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szerokości całkowitej łóżka 1010 mm (+/- 10 mm)?	Zgodnie z SWZ
6.	Prosimy (w pkt. 6) o wyrażenie zgody na zaoferowanie leża o szerokości 830 mm (przy czym zastosowany w oferowanym łóżku materac będzie posiadał szerokość 850 mm).	Zgodnie z SWZ
7.	Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego w każdym narożniku leża krążki odbojowe (nie stożkowe i nie dwuosiowe) chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami?	Zgodnie z SWZ
8.	Prosimy (w pkt. 10) o wyrażenie zgody na zaoferowanie leża wypełnionego łatwo odejmowanymi (bez konieczności użycia narzędzi) płytami HPL wyposażonymi w otwory do montażu pasów unieruchamiających. Płyty HPL są znacznie trwalsze niż płyty z tworzywa sztucznego, charakteryzują się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, takie jak ścieranie, uderzenia i zarysowania, są również odporne na działanie wilgoci, wody, pary wodnej oraz różnych związków chemicznych, ponadto są łatwe w utrzymaniu czystości i odporne na działanie wysokich i niskich temperatur.	Zgodnie z SWZ
9.	Czy (w pkt. 15, 16 i 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie wyposażonego pilota oraz tworzywową kieszeń zabezpieczającą pilota w czasie transportu? W oferowanym łóżku sterowanie elektrycznymi funkcjami będzie możliwe za pomocą sterowania wbudowanego w barierki boczne od strony wewnętrznej przeznaczonej dla pacjenta oraz od strony zewnętrznej przeznaczonej dla personelu (nie ma konieczności, aby łóżko było jeszcze dodatkowo wyposażone w pilota).	Zgodnie z SWZ
10.	Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego poniższe rozwiązanie? - panel sterujący dla personelu posiadający dotykowy ekran LCD służący do zarządzania wszystkimi funkcjami elektrycznymi łóżka oraz do zarządzania systemem pomiaru masy ciała pacjenta, zintegrowany ze szczytem łóżka od strony nóg pacjenta - możliwość regulacji funkcji podstawowych: regulacja segmentu oparcia pleców, segmentu uda, wysokości leża, funkcji autokontur - funkcje zaawansowane dostępne tylko dla personelu medycznego zabezpieczone immobilizerem: regulacja segmentu oparcia pleców, segmentu uda, wysokości leża, pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga, możliwość blokowania poszczególnych funkcji	Zgodnie z SWZ

	- zaprogramowane funkcje „ratunkowe i pomocnicze” (dostępne za pomocą jednego przycisku): pozycja antyszokowa, pozycja egzaminacyjna / do badań, pozycja kardiologiczna - dedykowany przycisk CPR (pozycja reanimacyjna) działający z podwójną prędkością w odróżnieniu od pozostałych zaprogramowanych pozycji, funkcja CPR dostępna w szybki sposób, bez konieczności odblokowywania i aktywacji - panel nie posiadający optycznego wskaźnika naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci	
11.	Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrycznej regulacji wysokości w zakresie od 415 mm (+/- 10 mm) do 830 mm (+/- 10 mm)?	Zgodnie z SWZ
12.	Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zakresu regulacji wysokości leża góra / dół 415 mm?	Zgodnie z SWZ
13.	Prosimy (w pkt. 21) o wyrażenie zgody na zaoferowanie sygnalizacji wizualnej (dioda LED) informującej o najniższej pozycji leża.	Zgodnie z SWZ
14.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie posiadającego parametrów wymaganych w pkt. 22?	Zgodnie z SWZ
15.	Czy (w pkt. 23) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrycznej regulacji segmentu oparcia pleców 0° – 65° (+/- 5°)?	Zgodnie z SWZ
16.	Czy (w pkt. 27) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczytów łóżka wyjmowanych z ramy leża z możliwością blokady na czas transportu za pomocą jednego mechanizmu / dźwigni (zarówno od strony głowy jak i stóp), wykonanych z estetycznego, wysokiej jakości tworzywa z wyprofilowanymi uchwytami do przetaczania, szczyty łatwe w dezynfekcji, odporne na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV, możliwość wyboru koloru wkładek, min. 100 kolorów (bez drewnopodobnych)?	Zgodnie z SWZ
17.	Czy (w pkt. 28) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie barierki bocznych dzielonych, wykonanych z estetycznego, wysokiej jakości tworzywa, o wysokości 430 mm, opuszczanych niezależnie wzdłuż ramy leża za pomocą jednego mechanizmu / dźwigni umieszczonego w dolnej części barierki po jej zewnętrznej stronie (poza zasięgiem leżącego pacjenta), barierki spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52?	Zgodnie z SWZ
18.	Prosimy (w pkt. 29) o wyrażenie zgody na zaoferowanie szyn stalowych, lakierowanych mocowanych po bokach wzdłuż ramy leża na elementy wyposażenia.	Zgodnie z SWZ
19.	Prosimy (w pkt. 30) o wyrażenie zgody na zaoferowanie wysuwanej półki na prowadnicach teleskopowych do odkładania pościeli bez konieczności umieszczania w niej panelu centralnego, ponieważ w oferowanym łóżku panel jest zintegrowany ze szczytem łóżka od strony nóg pacjenta.	Zgodnie z SWZ
20.	Prosimy (w pkt. 33) o wyrażenie zgody na zaoferowanie podwójnych kół o średnicy 150 mm z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym, obsługiwanym jedną dźwignią od strony nóg pacjenta, dostępną na całej szerokości podstawy (łatwy dostęp z trzech stron np. w windzie).	Zgodnie z SWZ
21.	Prosimy (w pkt. 34) o wyrażenie zgody na zaoferowanie oświetlenia pod łóżkiem, które będzie aktywowane przyciskiem dostępnym w sterowaniu w barierkach bocznych od strony wewnętrznej i zewnętrznej.	Zgodnie z SWZ
22.	Prosimy (w pkt. 37) o wyrażenie zgody na zaoferowanie łóżka posiadającego wbudowany system pomiaru wagi pacjenta, spełniający wymogi europejskiej dyrektywy w sprawie wag nieautomatycznych 2014/31/UE oraz normy 45501; sterowanie od wagi zintegrowane ze szczytem łóżka od strony nóg pacjenta (wskazany strzałką na poniższym zdjęciu); system posiadający następujące funkcje: automatyczne tarowanie, funkcja resetowania / zerowania wagi w celu szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych, funkcja "zamrażania danych", gwarantująca możliwość dodawania lub odejmowania wyposażenia dodatkowego do łóżka bez wpływu na wyświetlanie rzeczywistej masy netto pacjenta, wybieranie dokładności ważenia 100g / 500g, zakres ważenia 0,1 kg - 250 kg, przechodzenie wagi w tryb czuwania z dalszym pomiarem masy pacjenta „w tle”; system pomiaru masy ciała pacjenta i jego parametry z dostępem tylko dla personelu medycznego zabezpieczony immobilizerym; łóżko wyposażone w alarm wyjścia pacjenta z łóżka z możliwością jego aktywacji lub dezaktywacji przez personel medyczny (możliwość ustawienia czasu, po którym aktywuje się alarm w zakresie 1 sekunda - 60 min).	Zgodnie z SWZ
	 (Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)	
23.	Prosimy (w pkt. 38) o wyrażenie zgody na zaoferowanie materaca składającego się z warstwy podstawowej wykonanej z pianki zimnej HR oraz warstwy górnej, wykonanej z pianki wiskoelastycznej, dopasowującej się do kształtu ciała i zapewniającej rozprowadzenie nacisku i prawidłową wentylację; warstwy w podziale 5-centymetrowa pianka wiskoelastyczna i 10 cm warstwa spodnia z zimnej piany HR; krawędzie materace wzmocnione zimną pianą HR o gęstości 40kg/m ³ ; wymiary (szer. × dł. × wys.) 200 × 85 × 15 cm; gęstość objętościowa: 40/50/80 kg/m ³ ; możliwość sterylizacji pokrowca w temp. do 120°C, pokrowiec odporny na dezynfekcję roztworem chloru do 10	Zgodnie z SWZ

	000 ppm, możliwość prania pokrowca w pralce w temperaturze do 95°C, możliwość suszenia pokrowca w temperaturze do 60°C, pokrowiec antybakteryjny i przeciwgrzybiczy zgodnie z normą ISO 846:1997 lub równoważną, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych powszechnie stosowanych w służbie zdrowia.	
24.	Prosimy (w pkt. 38) o wyrażenie zgody na zaoferowanie wieszaka kroplówki wyprofilowanego pod kątem (jak na poniższym zdjęciu) z możliwością zawieszenia 4 pojemników na płyny infuzyjne. 	
Dotyczy: część 6 – Łóżko szpitalne elektryczne – 4 szt.		
25.	Prosimy (w pkt. 2) o wyrażenie zgody na zaoferowanie podstawy łóżka pantografowej podpierającej leże w 4 punktach dla zagwarantowania stabilności leża.	Zamawiający wyraża zgodę
26.	Prosimy (w pkt. 3) o rezygnację z wymogu „... lakier zgodny z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub równoważny potwierdzającym że stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych”, ponieważ norma EN ISO 10993 dotyczy określenia wpływu wyrobów medycznych na tkanki, co nie ma odniesienia do łóżka szpitalnego, jak również w/w norma EN ISO 10993-5:2009 opisuje Biologiczną ocenę wyrobów medycznych – Część 5: Badania cytotoksyczności in vitro. <u>Oferowane przez nas łóżka będą posiadały powłokę epoksydowo – poliestrową z użyciem antybakteryjnego lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów (powłoka antybakteryjna przetestowana zgodnie z normą ISO 22196:2011). Łóżka są także wyprodukowane zgodnie z wymogami normy EN ISO 10993-1:2009 - Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 1, która ma na celu ochronę ludzi przed potencjalnym ryzykiem biologicznym wynikającym z używania wyrobów medycznych.</u>	Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania
27.	Prosimy (w pkt. 4) o wyrażenie zgody na zaoferowanie dźwigni hamulca umieszczonej od strony nóg, dostępnej na całej szerokości podstawy (łatwy dostęp z trzech stron np. w windzie), wykonanej ze stali lakierowanej. <i>(Pozostałe parametry w pkt. 4 zgodnie z wymaganiami Zamawiającego).</i>	Zgodnie z SWZ
28.	Prosimy (w pkt. 5) o wyrażenie zgody na zaoferowanie zasilania łóżka z sieci elektrycznej 100-240V, 50-60Hz i z akumulatora wbudowanego w układ elektryczny łóżka, podtrzymującego sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego.	Zgodnie z SWZ
29.	Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiarów zewnętrznych łóżka tj. szerokości całkowitej 980 mm (+/- 10 mm) i długości całkowitej 2220 mm (+/- 10 mm)?	Zgodnie z SWZ
30.	Prosimy (w pkt. 8) o wyrażenie zgody na zaoferowanie leża o szerokości 830 mm (przy czym zastosowany w oferowanym łóżku materac będzie posiadał szerokość 850 mm).	Zgodnie z SWZ
31.	Prosimy (w pkt. 11) o wyrażenie zgody na zaoferowanie pilota przewodowego z możliwością regulacji segmentu oparcia pleców, segmentu uda, wysokości leża, funkcji autokontur, pozycji wyjściowej za pomocą jednego przycisku; pilot posiadający przycisk bezpieczeństwa aktywujący w sposób świadomy funkcje sterowania, diodę LED informującą o uzyskaniu kąta 30° podczas regulacji segmentu oparcia pleców (segment oparcia pleców po uzyskaniu kąta 30° zatrzymuje się automatycznie) oraz diodę LED informującą o najniższym położeniu łóżka.	Zgodnie z SWZ
32.	Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w panel sterujący z możliwością podwieszenia go pod półką do odkładania pościeli, wyposażony w zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (zablokowanie danej funkcji na panelu spowoduje także zablokowanie tej funkcji na pilocie); panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, segmentu uda, wysokości leża, funkcji autokontur, pozycji wzdłużnych oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji wyjściowej, anty-szkowej, egzaminacyjnej, reanimacyjnej CPR, krzesła kardiologicznego, panel posiadający diodę LED sygnalizującą proces ładowania akumulatora; panel nie posiadający zabezpieczenia magnetycznego ze względu na to, że stosowanie tego typu rozwiązań sprawia, że w sytuacjach zagrożenia życia wydłuża się czas, który jest potrzebny na odblokowanie panelu itp.?	Zgodnie z SWZ
33.	Prosimy (w pkt. 13) o wyrażenie zgody na zaoferowanie elektrycznej regulacji segmentu oparcia pleców 0° – 65° (+/- 5°).	Zgodnie z SWZ
34.	Prosimy (w pkt. 14) o wyrażenie zgody na zaoferowanie regulacji segmentu podudzia ręcznie za pomocą sprężyny gazowej.	Zgodnie z SWZ
35.	Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrycznej regulacji wysokości w zakresie od 380 mm (+/- 10 mm) do 780 mm (+/- 10 mm)?	Zgodnie z SWZ
36.	Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie segmentów leża wypełnionych łatwo odejmowanymi (bez konieczności użycia narzędzi) płytami ABS?	Zgodnie z SWZ
37.	Prosimy (w pkt. 20) o wyrażenie zgody na zaoferowanie łóżka, w którym trzy segmenty będą przystosowane do montażu pasów unieruchamiających pacjenta.	Zgodnie z SWZ
38.	Czy (w pkt. 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka z możliwością przedłużenia leża o 300 mm za pomocą mechanizmów / dźwigni zwalniających umieszczonych po bokach leża od strony szczytu nóg?	Zgodnie z SWZ
39.	Czy (w pkt. 22) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczytów łóżka wykonanych z estetycznego, wysokiej jakości tworzywa, odejmowanych bez użycia narzędzi, umożliwiających łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy (bez możliwości wykorzystania jako deska reanimacyjna)?	Zgodnie z SWZ
40.	Czy (w pkt. 23) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w opuszczane,	Zgodnie z SWZ

	wykonane z estetycznego, wysokiej jakości tworzywa barierki boczne o wysokości 44 cm, zabezpieczające pacjenta na całej długości (z wolną przestrzenią konstrukcyjną pomiędzy szczytem a barierką, nie zintegrowane ze szczytem łóżka), barierki opuszczane poniżej górnej krawędzi materaca, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52?	
41.	Czy (w pkt. 24) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego pod leżem stalową listwę na elementy wyposażenia dodatkowego z przesuwными tworzywowymi haczykami?	Zgodnie z SWZ
42.	Czy (w pkt. 27) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego w każdym narożniku leża krążki odbojowe (nie stożkowe i nie dwuosiowe) chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami?	Zgodnie z SWZ
43.	Czy (w pkt. 28) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, w którym segmenty leża wykonane z płyt ABS posiadają po bokach w segmencie oparcia pleców i podudzia ograniczniki zabezpieczające materac przed przesuwaniem się?	Zgodnie z SWZ
44.	Prosimy (w pkt. 32) o wyrażenie zgody na zaoferowanie materaca składającego się z warstwy podstawowej wykonanej z pianki zimnej HR oraz warstwy górnej, wykonanej z pianki viskoelastycznej, dopasowującej się do kształtu ciała i zapewniającej rozprowadzenie nacisku i prawidłową wentylację; warstwy w podziale 5-centymetrowa pianka viskoelastyczna i 10 cm warstwa spodnia z zimnej piany HR; krawędzie materace wzmocnione zimną pianą HR o gęstości 40kg/m ³ ; wymiary (szer. × dł. × wys.) 200 × 85 × 15 cm; gęstość objętościowa: 40/50/80 kg/m ³ ; możliwość sterylizacji pokrowca w temp. do 120°C, pokrowiec odporny na dezynfekcję roztworem chloru do 10 000 ppm, możliwość prania pokrowca w pralce w temperaturze do 95°C, możliwość suszenia pokrowca w temperaturze do 60°C, pokrowiec antybakteryjny i przeciwwgrzybiczy zgodnie z normą ISO 846:1997 lub równoważną, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych powszechnie stosowanych w służbie zdrowia.	Zgodnie z SWZ
45.	Czy (w pkt. 32) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, w którym pilot posiada specjalny uchwyt umożliwiający zawieszenie go na szczycie łóżka od strony głowy lub nóg?	Zgodnie z SWZ
46.	Prosimy (w pkt. 32) o wyrażenie zgody na zaoferowanie wieszaka kroplówki wyprofilowanego pod kątem (jak na poniższym zdjęciu) z możliwością zawieszenia 4 pojemników na płyny infuzyjne.	Zgodnie z SWZ
		
47.	Czy (w pkt. 32) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, w którym po bokach leża znajdują się listwy z tworzywowymi haczykami (4 szt. po każdej stronie) umożliwiające zawieszenie na nich worków do zbiórki płynów fizjologicznych?	Zgodnie z SWZ
48.	Czy (w pkt. 32) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka bez demontowanego segmentu przedłużenia podudzia? Zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego dwa łóżka będą wyposażone w materace wypełniające przedłużenie leża wymagane przez Zamawiającego w pkt. 21.	Zgodnie z SWZ
		
	(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)	
	Dotyczy: część 13 – Wózek do transportu chorych leżących – 2 szt.	
49.	Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie konstrukcji wózka wykonanej ze stali lakierowanej proszkowo, opartej na 2 kolumnach cylindrycznych z gumowymi osłonami o gładkich powierzchniach, łatwych do dezynfekcji (jak na zdjęciu poniżej)?	Zgodnie z SWZ

		
50.	Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie platformy leża 2-segmentowej wykonanej z płyt HPL - zaokrąglonych (bez ostrych krawędzi i rogów), przystosowanych do dezynfekcji, odpornych na działanie środków chemicznych i uszkodzeń?	Zgodnie z SWZ
51.	Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podwozia zabudowanego pokrywą z udźwigniem do 25 kg? Oferowany parametr różni się nieznacznie od wymaganego przez Zamawiającego.	Zgodnie z SWZ
52.	Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego rozstaw pomiędzy kolumnami o wymiarze zaprojektowanym przez danego producenta (bez konieczności podawania konkretnych cm)?	Zgodnie z SWZ
53.	Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie długości całkowitej wózka 2143 mm (+/- 10 mm)? Oferowany parametr różni się nieznacznie od zakresu tolerancji podanego przez Zamawiającego.	Zgodnie z SWZ
54.	Czy (w pkt. 10 i 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szerokości całkowitej wózka zarówno z opuszczonymi jak i podniesionymi barierkami 778 mm (+/- 10 mm). W oferowanym wózku szerokość całkowita jest stała – nie ma znaczenia czy barierki będą opuszczone czy podniesione.	Zgodnie z SWZ
55.	Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiarów leża (przestrzeni dla pacjenta) o długości 188 cm (+/- 1 cm) i szerokości 61 cm (+/- 1 cm).	Zgodnie z SWZ
56.	Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w piąte koło kierunkowe o średnicy 125 mm tylko z funkcją jazdy kierunkowej realizowaną poprzez docięnięcie koła do podłoża, które zapewni znacznie lepsze manewrowanie i sterowanie wózkiem? Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wymagane przez Zamawiającego.	Zgodnie z SWZ
57.	Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym piąte koło będzie antystatyczne? Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wymagane przez Zamawiającego.	Zgodnie z SWZ
	Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie hydraulicznej regulacji wysokości leża dostępnej z obu stron wózka za pomocą dźwigni nożnej w zakresie 60 – 92 cm (+/- 1 cm dla obu wartości), mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca?	Zgodnie z SWZ
58.	Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół co do obrotu wokół osi i toczenia z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców (czerwony) i jazdy swobodnej (czarny); w celu szybkiego dostępu oferowane łóżko posiada osobny system / dźwignię do sterowania kierunkiem jazdy (5-te koło)? Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wymagane przez Zamawiającego.	Zgodnie z SWZ
59.	Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w barierki boczne wykonane ze stali lakierowanej proszkowo oraz stali nierdzewnej, składane (wyróżnione kolorystycznie elementy aktywujące), które posiadają gładkie powierzchnie (nie wyprofilowane) ułatwiające prowadzenie wózka? Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wymagane przez Zamawiającego.	Zgodnie z SWZ
60.	Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w barierki boczne składane wzdłuż ramy leża w celu zminimalizowania przerwy transferowej; na końcu wózka od strony głowy i nóg zewnętrzne elementy konstrukcyjne ramy leża osłonięte estetycznym tworzywem, które mogą służyć jako dodatkowe uchwyty do pchania/ciągnięcia wózka?	Zgodnie z SWZ
61.	Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji segmentu pleców manualnej ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie 90° (+/- 5°)? Oferowany zakres jest bardzo zbliżony do wymaganego przez Zamawiającego.	Zgodnie z SWZ
62.	Czy (w pkt. 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pozycji Trendelenburga / anty-Trendelenburga regulowanych hydraulicznie w zakresie 20° (+/- 2°) przy użyciu pedałów nożnych z obu dłuższych stron wózka?	Zgodnie z SWZ
63.	Czy (w pkt. 24) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego haczyki na worki urologiczne? Oferowane rozwiązanie jest tożsame z opisanym przez Zamawiającego.	Zgodnie z SWZ
64.	Czy (w pkt. 26) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca piankowego w pokrowcu nie zawierającym lateksu, wykonanego z poliestru i poliuretanu, bez powierzchni antypoślizgowej, nieprzemakalnego, o grubości 10 cm, mocowanego na rzepy w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie?	Zgodnie z SWZ

Dotyczy: Załącznika nr 2 do SWZ – Cz.3 - Defibrylator	
--	--

1.	Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wysokiej klasy defibrylator, który posiada klasę szczelności IP44, chroniącą przed bryzgami wody z dowolnego kierunku, jako rozwiązanie wystarczające do pracy w warunkach, do jakich przeznaczony jest sprzęt medyczny tej klasy?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
2.	Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wysokiej klasy defibrylator, którego czas ładowania w pełni rozładowanego akumulatora do 100% wynosi ponad 5 godzin, jednocześnie oferując znacznie dłuższy czas pracy – minimum 200 wyładowań o energii 200 J (wymóg min. 100) lub 5 godzin ciągłego monitorowania (wymóg 2,5h)?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
3.	Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wysokiej klasy defibrylator, którego zakres temperatury przechowywania wynosi od -20°C do +60°C, co jest standardowym i bezpiecznym zakresem dla zaawansowanej elektroniki medycznej?	Zgodnie z SWZ
4.	Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wysokiej klasy defibrylator, w którym eksport danych oraz aktualizacje oprogramowania odbywają się za pomocą karty pamięci SD, co jest rozwiązaniem równie funkcjonalnym i bezpiecznym jak wymagany port USB?	Zgodnie z SWZ
5.	Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wysokiej klasy defibrylator, który nie posiada mechanicznej blokady przewodu zasilającego, co jest standardowym rozwiązaniem konstrukcyjnym w nowoczesnych urządzeniach medycznych?	Zgodnie z SWZ
6.	Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wysokiej klasy defibrylator, którego czas ładowania do energii 200 J wynosi 6 sekund przy zasilaniu sieciowym oraz 7 sekund przy zasilaniu akumulatorowym? Wymóg "< 6 sekund" jest bardzo rygorystyczny i trudny do osiągnięcia przy zachowaniu stabilności i żywotności urządzenia.	Zgodnie z SWZ
7.	Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wysokiej klasy defibrylator, którego zakres impedancji dla defibrylacji zewnętrznej wynosi 25-175 Ω , a dla wewnętrznej 15-175 Ω , co stanowi standardowy i bezpieczny zakres pracy dla nowoczesnych defibrylatorów dwufazowych z kompensacją impedancji?	Zgodnie z SWZ
8.	Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wysokiej klasy defibrylator, w którym ustawianie energii odbywa się za pomocą dedykowanych przycisków na panelu czołowym, a wartość wybranej energii jest czytelnie prezentowana na dużym, kolorowym wyświetlaczu, jako rozwiązanie nowocześniejsze i bardziej precyzyjne niż pokrętko z nadrukowanymi wartościami?	Zgodnie z SWZ
9.	Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wysokiej klasy defibrylator, w którym zmiana nastawy energii w trakcie lub po naładowaniu powoduje bezpieczne rozbrojenie ładunku i wymaga ponownego naciśnięcia przycisku "CHARGE", co jest mechanizmem zabezpieczającym przed przypadkowym podaniem niewłaściwej energii?	Zgodnie z SWZ
10.	Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wysokiej klasy defibrylator, który nie posiada wskaźnika jakości kontaktu bezpośrednio na łyżkach, ale prezentuje czytelny, graficzny wskaźnik impedancji i jakości kontaktu na głównym ekranie urządzenia, co pozwala operatorowi na stałą kontrolę parametru bez odrywania wzroku od monitorowanych funkcji życiowych?	Zgodnie z SWZ
11.	Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wysokiej klasy defibrylator, w którym maksymalny czas opóźnienia synchronizacji w trybie kardiowersji wynosi do 60 ms, co jest bezpieczną i klinicznie akceptowalną wartością dla skutecznej terapii?	Zgodnie z SWZ
12.	Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wysokiej klasy defibrylator, którego maksymalny prąd stymulacji wynosi 140 mA, co jest wartością wystarczającą dla większości przypadków klinicznych wymagających stymulacji przezskórnej?	Zgodnie z SWZ
13.	Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wysokiej klasy defibrylator, który oferuje impuls stymulacyjny o stałym czasie trwania 40 ms, bez możliwości wyboru 20 ms, co jest standardem w wielu zaawansowanych stymulatorach?	Zgodnie z SWZ
14.	Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wysokiej klasy defibrylator, którego zakres pomiaru częstości akcji serca wynosi od 20 do 300 uderzeń/minutę, co pokrywa zdecydowaną większość stanów klinicznych u pacjentów dorosłych i pediatrycznych?	Zgodnie z SWZ
15.	Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wysokiej klasy defibrylator, w którym współczynnik tłumienia sygnału współbieżnego (CMRR) wynosi powyżej 90 dB, co zapewnia bardzo dobrą jakość sygnału EKG i jest wartością standardową dla tej klasy urządzeń?	Zgodnie z SWZ
16.	Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wysokiej klasy defibrylator, który nie posiada dedykowanego wejścia do synchronizacji EKG z zewnętrznego kardiomonitora, ale oferuje zaawansowane monitorowanie EKG za pomocą własnych kabli 3-, 5- i 12- odprowadzeniowych?	Zgodnie z SWZ
17.	Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wysokiej klasy defibrylator, który jest kompatybilny z sensorami SpO2 w technologii Nellcor (Medtronic) oraz własnej producenta, jako spełnienie wymogu stosowania różnych typów czujników?	Zgodnie z SWZ

Wiesław Babiński
kierownik ds. zamówień publicznych