

Ciechanów dnia 16.08.2025 r.

ZP/2501/61/25

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania pn. Dostawa aparatury medycznej – znak ZP/2501/61/25

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na zapytania wykonawców.

dotyczy: stacje diagnostyczne (część nr 9)

1. Czy Zamawiający w części 9 pozycji dotyczącej stacji roboczych dopuści stację roboczą z czterema portami USB-A 3.2 gen.1 i dwoma portami USB-C 3.2 gen.2 na froncie obudowy zamiast czterech portów USB 3.2 gen.2 typ A?
2. Czy Zamawiający w części 9 pozycji dotyczącej stacji roboczych dopuści stację roboczą z trzema portami USB-A 3.1 gen.1 i trzema portami USB-A 2.0 na tyle obudowy zamiast 6x USB, w tym min. 3x USB 3.2 gen. 2 Typ A? Propozycja ta wynika z faktu, że wielu wiodących producentów komputerów stosuje porty USB w technologii 3.1 gen. 1.
3. Czy Zamawiający w części 9 pozycji dotyczącej dedykowanej karty graficznej dopuści kartę graficzną tego samego producenta co stacji roboczej która spełnia wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź zamawiającego:

Ad. 1: Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.

Ad. 2: Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.

Ad. 3: Zgodnie z treścią SWZ.



Wiesław Rabiżewski
kierownik
ds. zamówień publicznych