

Ciechanów dnia, 29.09.2025 r.

AT - ZP/2501/84/25

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Zakup sprzętu i aparatury dla oddziału anesteziologii i intensywnej terapii** ogłoszonego w dniu **25.09.2025** r. w **BZP**, nr ogłoszenia **2025/BZP 00442408** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści SWZ:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
Dotyczy: Mobilny Aparat USG z głowicą liniową Pakiet 3 Załącznik nr 2a (OPZ)		
1.	Dot. Pkt 3 Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu mobilny aparat ultrasonograficzny dotykowy na stojaku stołowym renomowanego producenta, który nie posiada możliwości przełączenia portu poprzez USB, posiada natomiast klasyczne 3 porty na głowice, umożliwiające swobodne przełączanie głowic. Konstrukcja aparatu jest zaprojektowana w sposób stabilny i ergonomiczny, waga zestawu wraz ze stojakiem wynosi wtedy 9kg.	Zgodnie z SWZ
2.	Dot. Pkt 5 Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu mobilny aparat ultrasonograficzny dotykowy, którego zakres częstotliwości pracy głowic możliwych do zastosowania wynosi min. 1,2 MHz?	Tak
3.	Dot. Pkt 6 i 7 Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu mobilny aparat ultrasonograficzny dotykowy, który posiada 55 296 kanałów procesowych. Aparat posiada za to większą niż wymagana przez Państwa dynamikę systemu na poziomie 240dB co wpływa korzystnie na jakość obrazowania.	Zgodnie z SWZ
4.	Dot. Pkt 10 i 14 Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu mobilny aparat ultrasonograficzny dotykowy, którego waga wraz z przenośnym stojakiem wynosi 9kg. Na wagę aparatu wpływają podzespoły, dzięki, którym parametry takie jak częstotliwość odświeżania obrazu („frame rate”) wynoszą 1041 obrazów na sekundę. Parametr ten znacznie przewyższa wymagany przez Państwa.	Zgodnie z SWZ
5.	Dot. Pkt 27 Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu mobilny aparat ultrasonograficzny dotykowy, który posiada rozbudowaną bazę edukacyjno-szkoleniową, która zawiera szczegółowe informacje cenne między innymi w badaniu płuc, pokazane miejsca przyłożenia głowicy, struktury oraz opis anatomiczny. Baza edukacyjna posiada dodatkowo szereg obrazów nerwów oraz splotów nerwowych. Ma to ułatwić użytkownikowi rozpoznanie struktury, możliwe jest porównywanie obrazu rzeczywistego z obrazem referencyjnym w czasie rzeczywistym, co znacznie ułatwia pracę.	Zgodnie z SWZ
6.	Dot. Pkt 33 Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu mobilny aparat	Tak

	ultrasonograficzny dotykowy, który posiada tradycyjne połączenie z głowicami przez porty wbudowany w aparat?	
7.	Dot. Pkt 34 Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu mobilny aparat ultrasonograficzny dotykowy o przekątnej ekranu 15" oraz rozdzielczości 768x1024?	Tak
8.	Dot. Pkt 36 Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu mobilny aparat ultrasonograficzny dotykowy, który nie posiada aplikacji dostępnej do pobrania z platformy internetowej, ponieważ sam system jest już niezależny i w pełni skonfigurowany?	Tak

Paulina Witkowska
Referent
Sekcja ds. zamówień publicznych

DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamasa

Wiesław Babizewski
koordynator
ds. zamówień publicznych