

Ciechanów dnia 22.10.2025 r.

AT - ZP/2501/87.1/25

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na **Zakup sprzętu medycznego- powtórzenie** ogłoszonego w dniu **20.10.2025 r. w BZP, nr ogłoszenia 2025/BZP 00483978** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

Lp.	pytanie	odpowiedź
	<u>dot. zał. 2a PAKIET 6 Mobilny stół anestezjologiczny</u>	
1	Czy Zamawiający dopuszcza mobilny stół anestezjologiczny, którego blat główny otoczony jest z trzech stron (po bokach i z tyłu) podwyższonymi bandami o wysokości 50 mm, stanowiącymi zabezpieczenie przed zsuwaniem się przedmiotów, natomiast do przetaczania wózka służy 1 wygodny uchwyt umiejscowiony z boku wózka?	Zamawiający dopuszcza
2	Czy Zamawiający dopuszcza mobilny stół anestezjologiczny, którego płyta tylna i boczna wykonane są ze stali lakierowanej proszkowo?	Zamawiający dopuszcza
3	Czy Zamawiający dopuszcza mobilny stół anestezjologiczny, którego uchwyty szuflad wykonane są z aluminium anodowanego lakierowanego proszkowo?	Zamawiający dopuszcza
4	Czy Zamawiający dopuszcza mobilny stół anestezjologiczny, którego fronty szuflad wykonane są ze stali lakierowanej proszkowo?	Zamawiający dopuszcza
5	Czy Zamawiający dopuszcza mobilny stół anestezjologiczny, którego wysokość szuflad (od dołu) wynosi: 17,5cm, 17,5cm, 15,6cm, 9,7cm, 9,7cm?	Zamawiający dopuszcza
6	Czy Zamawiający dopuszcza mobilny stół anestezjologiczny, wyposażony w 4 cichobieżne koła o średnicy $\varnothing 125\text{mm}$, w tym 2 koła z blokadą?	Zamawiający dopuszcza
7	Czy Zamawiający dopuszcza mobilny stół anestezjologiczny, którego wymiary wynoszą: - szerokość: 650 mm - głębokość: 575 mm - wysokość: 1000 mm?	Zamawiający dopuszcza
8	Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie że pod pojęcie "Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe" Zamawiający rozumie dostarczenie deklaracji zgodności zgodnej z obowiązującymi przepisami.	Zamawiający potwierdza
9	<u>dot. załącznik nr 3 do SWZ- umowa</u> dot. §2 ust. 2. lit g) i h) oraz §3 ust 3 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zainstalowania, uruchomienia, montażu oraz szkolenia w zakresie pakietu 6 ze względu na fakt, iż produkt będący przedmiotem zamówienia w tym pakiecie dostarczany	Zamawiający wyraża zgodę na propozycję wykonawcy

	jest złożony, gotowy do użytku, a jego obsługa ma charakter typowy.	
10	dot. załącznik nr 3 do SWZ- umowa dot. §3 ust 8. lit d) Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie że w przypadku asortymentu, dla którego Producent nie przewidział konieczności wykonywania przeglądów (dot. pakiet 6) niniejsze nie będą wymagane	Zamawiający potwierdza
11	dot. załącznik nr 3 do SWZ- umowa dot. §8 ust.6 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zapewnienia urządzenia zastępczego w zakresie pakietu 6. Pragniemy nadmienić, iż asortyment będący przedmiotem zamówienia jest każdorazowo produkowany pod określone wymagania Zamawiającego, a żaden z Wykonawców nie posiada na stanach magazynowych produktów o takich samych parametrach, ponieważ wiązałoby się to z koniecznością produkowania podwójnie sprzętów oferowanych w postępowaniach publicznych	Zamawiający wyraża zgodę na propozycję wykonawcy
12	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózka anestezjologicznego o wymiarach: szerokość 650 mm, głębokość 475 mm, ale wysokości 970 mm. Wysokość różni się zaledwie o 1 cm od parametru który oczekuje Zamawiający?	Zamawiający dopuszcza
13	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózka z metalową nadstawką z 10 uchylnymi plastikowymi pojemnikami, które nie są zabezpieczone zamkiem na kluczyk?	Zgodnie z SWZ
14	Pakiet nr 2 - Fotel ginekologiczny zabiegowy Czy Zamawiający dopuści możliwość realizacji całości dostawy, montażu i uruchomienia w terminie do 20 stycznia 2026 roku? Końcówka każdego roku to wzmożone zakupy sprzętu medycznego przez jednostki służby zdrowia co powoduje wydłużenie terminów samej produkcji i brak możliwości ich dostarczenia w ustalonym przez Zamawiającego czasie	Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję

Paulina Witkowska

Referent

Sekcja ds. zamówień publicznych


DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamasa


Wiesław Babizewski
koordynator
ds. zamówień publicznych