

Ciechanów dnia 27.10.2025 r.

AT - ZP/2501/87.1/25

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na **Zakup sprzętu medycznego- powtórzenie** ogłoszonego w dniu **20.10.2025 r. w BZP, nr ogłoszenia 2025/BZP 00483978** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

Lp.	pytanie	odpowieź																																																
1	Pakiet nr 2 - Fotel ginekologiczny zabiegowy Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści możliwość realizacji całości dostawy, montażu i uruchomienia w terminie do 20 stycznia 2026 roku? Końcówka każdego roku to wzmożone zakupy sprzętu medycznego przez jednostki służby zdrowia co powoduje wydłużenie terminów samej produkcji i brak możliwości ich dostarczenia w ustalonym przez Zamawiającego czasie.	Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości																																																
2	Czy Zamawiający dopuści do postępowania Histeroskop o poniższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z wymogami Zamawiającego <table><tr><th>Lp.</th><th>Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia</th><th>Wymóg /wartość graniczna</th><th>Wymagany opis spełnienia wymogu</th></tr><tr><td>1.</td><td>Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2025</td><td>Tak</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>Histeroskop o śr. 6,5 mm; płaszcz zewnętrzny histeroskopu o śr. 6,5 mm; rotacyjny, z jednym zaworem;ciągły przepływem, długość robocza: 192 mm; przekrój owalny + płaszcz wewnętrzny z kanałem narzędziowym 5Ch – 1 zestaw</td><td>Tak</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Optyka HD+ 4K typu Hopkins; ø 4,0 mm; 30°, dł. robocza: 300 mm + osłonka, oznakowanie DATA-MATRIX – 1 szt.</td><td>Tak</td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td> Płaszcz histeroskopowy jednorazowy na optykę ø 4,0mm, dł.=300-302mm; steryliz. jednorazowego użytku wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego: poliuretanu medycznego o grubości 0,07mm, kanał roboczy: 5-7 Ch, gwarantuje sterylność optyki i kamery – 1 szt. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie plastikowej osłony do przechowywania i transportu optyki. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu co umożliwi większej ilości oferentów na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty. </td><td>Tak</td><td></td></tr><tr><td>5.</td><td>Światłowód ø3,5 mm, dł. 230 cm + adaptory do źródła światła i optyki – 1 szt.</td><td>Tak</td><td></td></tr><tr><td>6.</td><td>Nożyczki histeroskopowe 5Ch; giętkie; dł. robocza 340 mm – 2 szt.</td><td>Tak</td><td></td></tr><tr><td>7.</td><td>Kleszczyki histeroskopowe biopsyjne 5Ch; giętkie; dł. robocza 340 mm – 1 szt.</td><td>Tak</td><td></td></tr><tr><td>8.</td><td>Kleszczyki histeroskopowe typu Alligator 5Ch; giętkie; dł. robocza 340 mm – 1 szt.</td><td>Tak</td><td></td></tr><tr><td>9.</td><td>Kleszczyki histeroskopowe chwytająco-biopsyjne 5Ch; giętkie; dł. robocza 340 mm – 1 szt.</td><td>Tak</td><td></td></tr><tr><td>10.</td><td>Kosz do przechowywania i sterylizacji sprzętu histeroskopowego, wykonany z siatki metalowej, z pokrywą i silikonowymi uchwytami do zamocowania kompletnego systemu histeroskopu – 1 szt.</td><td>Tak</td><td></td></tr><tr><td>11.</td><td>Kosz do przechowywania i sterylizacji optyki z uchwytami silikonowymi, wymiary: 450 x 70 x 70 mm – 1 szt.</td><td>Tak</td><td></td></tr></table>	Lp.	Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia	Wymóg /wartość graniczna	Wymagany opis spełnienia wymogu	1.	Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2025	Tak		2.	Histeroskop o śr. 6,5 mm; płaszcz zewnętrzny histeroskopu o śr. 6,5 mm; rotacyjny, z jednym zaworem;ciągły przepływem, długość robocza: 192 mm; przekrój owalny + płaszcz wewnętrzny z kanałem narzędziowym 5Ch – 1 zestaw	Tak		3.	Optyka HD+ 4K typu Hopkins; ø 4,0 mm; 30°, dł. robocza: 300 mm + osłonka, oznakowanie DATA-MATRIX – 1 szt.	Tak		4.	Płaszcz histeroskopowy jednorazowy na optykę ø 4,0mm, dł.=300-302mm; steryliz. jednorazowego użytku wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego: poliuretanu medycznego o grubości 0,07mm, kanał roboczy: 5-7 Ch, gwarantuje sterylność optyki i kamery – 1 szt. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie plastikowej osłony do przechowywania i transportu optyki. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu co umożliwi większej ilości oferentów na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.	Tak		5.	Światłowód ø3,5 mm, dł. 230 cm + adaptory do źródła światła i optyki – 1 szt.	Tak		6.	Nożyczki histeroskopowe 5Ch; giętkie; dł. robocza 340 mm – 2 szt.	Tak		7.	Kleszczyki histeroskopowe biopsyjne 5Ch; giętkie; dł. robocza 340 mm – 1 szt.	Tak		8.	Kleszczyki histeroskopowe typu Alligator 5Ch; giętkie; dł. robocza 340 mm – 1 szt.	Tak		9.	Kleszczyki histeroskopowe chwytająco-biopsyjne 5Ch; giętkie; dł. robocza 340 mm – 1 szt.	Tak		10.	Kosz do przechowywania i sterylizacji sprzętu histeroskopowego, wykonany z siatki metalowej, z pokrywą i silikonowymi uchwytami do zamocowania kompletnego systemu histeroskopu – 1 szt.	Tak		11.	Kosz do przechowywania i sterylizacji optyki z uchwytami silikonowymi, wymiary: 450 x 70 x 70 mm – 1 szt.	Tak		Zgodnie z SWZ
Lp.	Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia	Wymóg /wartość graniczna	Wymagany opis spełnienia wymogu																																															
1.	Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2025	Tak																																																
2.	Histeroskop o śr. 6,5 mm; płaszcz zewnętrzny histeroskopu o śr. 6,5 mm; rotacyjny, z jednym zaworem;ciągły przepływem, długość robocza: 192 mm; przekrój owalny + płaszcz wewnętrzny z kanałem narzędziowym 5Ch – 1 zestaw	Tak																																																
3.	Optyka HD+ 4K typu Hopkins; ø 4,0 mm; 30°, dł. robocza: 300 mm + osłonka, oznakowanie DATA-MATRIX – 1 szt.	Tak																																																
4.	Płaszcz histeroskopowy jednorazowy na optykę ø 4,0mm, dł.=300-302mm; steryliz. jednorazowego użytku wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego: poliuretanu medycznego o grubości 0,07mm, kanał roboczy: 5-7 Ch, gwarantuje sterylność optyki i kamery – 1 szt. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie plastikowej osłony do przechowywania i transportu optyki. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu co umożliwi większej ilości oferentów na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.	Tak																																																
5.	Światłowód ø3,5 mm, dł. 230 cm + adaptory do źródła światła i optyki – 1 szt.	Tak																																																
6.	Nożyczki histeroskopowe 5Ch; giętkie; dł. robocza 340 mm – 2 szt.	Tak																																																
7.	Kleszczyki histeroskopowe biopsyjne 5Ch; giętkie; dł. robocza 340 mm – 1 szt.	Tak																																																
8.	Kleszczyki histeroskopowe typu Alligator 5Ch; giętkie; dł. robocza 340 mm – 1 szt.	Tak																																																
9.	Kleszczyki histeroskopowe chwytająco-biopsyjne 5Ch; giętkie; dł. robocza 340 mm – 1 szt.	Tak																																																
10.	Kosz do przechowywania i sterylizacji sprzętu histeroskopowego, wykonany z siatki metalowej, z pokrywą i silikonowymi uchwytami do zamocowania kompletnego systemu histeroskopu – 1 szt.	Tak																																																
11.	Kosz do przechowywania i sterylizacji optyki z uchwytami silikonowymi, wymiary: 450 x 70 x 70 mm – 1 szt.	Tak																																																
3	Czy Zamawiający dopuści do postępowania Resektoskop 18,5 Ch o poniższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z wymogami Zamawiającego	Zgodnie z SWZ																																																

4

Lp.	Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia	Wymóg /wartość graniczna	Wymagany opis spełnienia wymogu
12.	Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2025	Tak	
13.	Resektoskop 18,5 Ch	Tak	
14.	Element pracujący mini resektoskopu bipolarnego pasywny z systemem „quick-lock” do połączenia z płaszczem, 17,5/18,5Ch ; rączka zamknięta; kompatybilny z optyką Ø 2,9mm, dł. 302 mm, kąt patrzenia: 30° - 1 szt.	Tak	
15.	Płaszcz wewnętrzny rotacyjny 17,5 Ch do resektoskopu bipolarnego; ceramiczna końcówka o wzmocnionej trwałości; kod oznakowania zielony; system „quick-lock” - 1 szt.	Tak	
16.	Płaszcz zewnętrzny rotacyjny 18,5 Ch do resektoskopu bipolarnego; perforowane zakończenie; dwa zawory umożliwiające ciągłą irygację ; matowe wykończenie powierzchni płaszcza i delikatna chropowatość ułatwiają optymalne przyleganie lubrykantu i dzięki temu atraumatyczne wprowadzanie urządzenia, system „quick-lock” – 1 szt.	Tak	
17.	Obturator optyczny: 17,5Ch z system „quick-lock” kompatybilny z płaszczem wewnętrznym, kanał narzędziowy: 5Ch – 1 szt. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie płaszcza wewnętrznego histeroskopowego 17,5Ch z kanałem narzędziowym 5Ch – 1szt., system „quick-lock” . W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu co umożliwi większej ilości oferentów na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.	Tak	
18.	Optyka HD do mini- resektoskopu; ø2,9 mm, dł.=302mm, kąt patrzenia 30°, oznakowanie DATA-MATRIX – 1 szt.	Tak	
19.	Płaszcz jednorazowy na optykę ø 2,9mm, dł.=300-302mm;- sterylny, jednorazowego użytku wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego- poliuretanu medycznego o grubości 0,07mm, kanał roboczy: 5-7 Ch, gwarantuje sterylność optyki i kamery – 1 szt. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie plastikowej osłony do przechowywania i transportu optyki. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu co umożliwi większej ilości oferentów na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.	Tak	
20.	Kabel bipolarny do mini- resektoskopu kompatybilny z diatermią Użytkownika – 1 szt.	Tak	
21.	Elektroda bipolarna typu pętla tnąca, 17,5 Ch, średnica 0,35 mm – 11 szt.	Tak	
22.	Elektroda bipolarna do koagulacji „kulka”; 17,5 Ch – 1 szt.	Tak	
23.	Światłowod ø3,5 mm, dł. 230 cm + adapter do optyki i źródła światła – 1 szt.	Tak	
24.	Kosz do przechowywania i sterylizacji resektoskopu, wykonany z siatki metalowej, z pokrywą i i silikonowymi uchwytami do zamocowania kompletnego systemu resektoskopu – 1 szt	Tak	
25.	Kosz do przechowywania i sterylizacji optyki z uchwytami silikonowymi, wymiary: 450 x 70 x 70mm – 1 szt.	Tak	

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Resektoskop 18,5 Ch o poniższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z wymogami Zamawiającego

Lp.	Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia	Wymóg /wartość graniczna	Wymagany opis spełnienia wymogu
26.	Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2025	Tak	
27.	Element pracujący resektoskopu bipolarnego pasywny z systemem „quick-lock” do połączenia z płaszczem, 24/26 Ch ; rączka zamknięta; kompatybilny z optyką Ø 4,00mm, dł. 302mm, kąt patrzenia: 30° - 1 szt.	Tak	
28.	Płaszcz wewnętrzny rotacyjny 24Ch do resektoskopu bipolarnego; ceramiczna końcówka o wzmocnionej trwałości; kod oznakowania żółty; system „quick-lock” – 1 szt.	Tak	
29.	Płaszcz zewnętrzny rotacyjny 26 Ch do resektoskopu bipolarnego; perforowane zakończenie; dwa zawory umożliwiające ciągłą irygację ; matowe wykończenie powierzchni płaszcza i delikatna chropowatość ułatwiają optymalne przyleganie lubrykantu i dzięki temu atraumatyczne wprowadzanie urządzenia, system „quick-lock” – 1 szt.	Tak	
30.	Obturator optyczny 24 Ch; kanał narzędziowy: 5Ch – 1 szt.	Tak	
31.	Optyka HD do resektoskopu; ø4,0 mm, dł.=302mm, kąt patrzenia 30°, oznakowanie DATA-MATRIX – 1 szt.	Tak	

Zgodnie z SWZ

Zgodnie z SWZ

	<table><tr><td>32.</td><td>Płaszcz jednorazowy na optykę ø 4,0mm, dł.=300-302mm; – sterylny, jednorazowego użytku wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego: poliuretanu medycznego o grubości 0,07mm, kanał roboczy: 5-7 Ch, gwarantuje sterylność optyki i kamery – 1 szt.</td><td>Tak</td><td></td></tr><tr><td>33.</td><td>Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie plastikowej osłony do przechowywania i transportu optyki. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu co umożliwi większej ilości oferentów na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>34.</td><td>Kabel bipolarny do resektoskopu kompatybilny z diatermią Użytkownika – 1 szt.</td><td>Tak</td><td></td></tr><tr><td>35.</td><td>Elektroda bipolarna typu pętla tnąca, 24 Ch, średnica 0,35 mm – 11 szt.</td><td>Tak</td><td></td></tr><tr><td>36.</td><td>Elektroda bipolarna do koagulacji „kulka”; 24 Ch – 1 szt.</td><td>Tak</td><td></td></tr><tr><td>37.</td><td>Światłowód ø3,5 mm, dł. 230 cm + adapter do optyki i źródła światła – 1 szt.</td><td>Tak</td><td></td></tr><tr><td>38.</td><td>Kosz do przechowywania i sterylizacji resektoskopu, wykonany z siatki metalowej, z pokrywą i silikonowymi uchwytami do zamocowania kompletnego systemu resektoskopu – 1 szt.</td><td>Tak</td><td></td></tr><tr><td>39.</td><td>Kosz do przechowywania i sterylizacji optyki z uchwytami silikonowymi, wymiary: 450 x 70 x 70 mm – 1 szt.</td><td>Tak</td><td></td></tr></table>	32.	Płaszcz jednorazowy na optykę ø 4,0mm, dł.=300-302mm; – sterylny, jednorazowego użytku wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego: poliuretanu medycznego o grubości 0,07mm, kanał roboczy: 5-7 Ch, gwarantuje sterylność optyki i kamery – 1 szt.	Tak		33.	Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie plastikowej osłony do przechowywania i transportu optyki. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu co umożliwi większej ilości oferentów na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.			34.	Kabel bipolarny do resektoskopu kompatybilny z diatermią Użytkownika – 1 szt.	Tak		35.	Elektroda bipolarna typu pętla tnąca, 24 Ch, średnica 0,35 mm – 11 szt.	Tak		36.	Elektroda bipolarna do koagulacji „kulka”; 24 Ch – 1 szt.	Tak		37.	Światłowód ø3,5 mm, dł. 230 cm + adapter do optyki i źródła światła – 1 szt.	Tak		38.	Kosz do przechowywania i sterylizacji resektoskopu, wykonany z siatki metalowej, z pokrywą i silikonowymi uchwytami do zamocowania kompletnego systemu resektoskopu – 1 szt.	Tak		39.	Kosz do przechowywania i sterylizacji optyki z uchwytami silikonowymi, wymiary: 450 x 70 x 70 mm – 1 szt.	Tak		
32.	Płaszcz jednorazowy na optykę ø 4,0mm, dł.=300-302mm; – sterylny, jednorazowego użytku wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego: poliuretanu medycznego o grubości 0,07mm, kanał roboczy: 5-7 Ch, gwarantuje sterylność optyki i kamery – 1 szt.	Tak																																
33.	Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie plastikowej osłony do przechowywania i transportu optyki. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu co umożliwi większej ilości oferentów na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.																																	
34.	Kabel bipolarny do resektoskopu kompatybilny z diatermią Użytkownika – 1 szt.	Tak																																
35.	Elektroda bipolarna typu pętla tnąca, 24 Ch, średnica 0,35 mm – 11 szt.	Tak																																
36.	Elektroda bipolarna do koagulacji „kulka”; 24 Ch – 1 szt.	Tak																																
37.	Światłowód ø3,5 mm, dł. 230 cm + adapter do optyki i źródła światła – 1 szt.	Tak																																
38.	Kosz do przechowywania i sterylizacji resektoskopu, wykonany z siatki metalowej, z pokrywą i silikonowymi uchwytami do zamocowania kompletnego systemu resektoskopu – 1 szt.	Tak																																
39.	Kosz do przechowywania i sterylizacji optyki z uchwytami silikonowymi, wymiary: 450 x 70 x 70 mm – 1 szt.	Tak																																
5	Pytanie do SWZ / prośba o zmianę terminu realizacji zamówienia W związku z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu realizacji zamówienia. Zamawiający nie dopuścił dostarczenia aparatu z datą produkcji 2024 r., a jednocześnie wskazany w SWZ termin realizacji do dnia 26.11.2025 r. może być niemożliwy do dotrzymania przez dostawców z uwagi na proces produkcji i dostaw urządzeń medycznych w wersji 2025 r. W związku z powyższym prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do co najmniej 21 dni od dnia podpisania umowy, co umożliwi prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.	Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję																																
6.	ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) - Resektoskop 18,5 Czy zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne oraz w niektórych aspektach przewyższające wymagania w SIWZ o poniższych parametrach technicznych: Resektoskop Mono/Bipolarny 7 mm – 1 zestaw Optyka endoskopowa do dedykowanego resektoskopu – 1 szt. Ø zewnętrzna optyki 2,7 mm długość robocza 310 mm Kierunek patrzenia 12° Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kierunku patrzenia Oznaczenie numeryczne kompatybilnego światłowodu oraz znakowanie data matrix bezpośrednio na optyce Światłowód do dedykowanego endoskopu – 1 szt. Ø wiązki włókien światłowodowych 2,5 mm Długość światłowodu 2,3 m Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kompatybilności światłowodu z dedykowaną optyką Światłowód zawiera wymienny odkręcany adapter po stronie źródła światła oraz odkręcany adapter po stronie endoskopu z szybkozłączem typu snap Kosz do mycia i sterylizacji optyki endoskopowej – 1 szt. Wymiary zewnętrzne kosza: 481 x 54 x 59 mm Kosz wyposażony w łańcuchy mocujące z czterema ogniwami do stabilnego umieszczenia optyki podczas reprocessowania mechanicznego, sterylizacji (parowej oraz w niskiej temperaturze), przechowywania i transportu Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji elementów resektoskopu – 1 szt. Wymiary zewnętrzne pojemnika: 466 x 77 x 266 mm Pojemnik wyposażony w silikonową matę na instrumenty Element roboczy współpracujący z optyką 2,7 mm - 1 szt. Element roboczy bipolarny, pasywny, do resektoskopu bipolarnego, z otwartym uchwytem, do optyki 12°. Możliwość pracy również w trybie monopolarnym po zmianie kabla, medium oraz elektrody Płaszcz zewnętrzny resektoskopu – 1 szt. Płaszcz zewnętrzny resektoskopu, okrągły, średnicy 21 charr., z dziurkami do odsysania oraz zaworem spustowym Płaszcz wyposażony w kurek wykonany z PEEK, mocowany zatrzaskowo, wymienialny bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego W połączeniu z płaszczem wewnętrznym tworzy system podwójnego płaszcza umożliwiający obrót o 360° oraz ciągłe płukanie Płaszcz wewnętrzny do resektoskopu – 1 szt. Płaszcz wewnętrzny resektoskopu, okrągły, obrotowy, wyposażony w zawór płuczący Koniec dystalny prosty, wykonany z ciemnego materiału ceramicznego Płaszcz wyposażony w kurek wykonany z PEEK, mocowany zatrzaskowo, wymienialny bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego W połączeniu z płaszczem zewnętrznym tworzy system podwójnego płaszcza umożliwiający obrót o 360° oraz ciągłe płukanie	Zgodnie z SWZ																																

	Obturator do dedykowanego płaszcza wewnętrznego 19 charr – 1 szt. Elektroda tnąca, bipolarna, pętla okrągła, Ø 0,3 mm, jednorazowa, sterylna – 12 szt. Elektroda koagulująca, bipolarna, wałeczkowa, jednorazowa, sterylna – 3 szt. Kabel bipolarny do resektoskopu kompatybilny z diatermią Użytkownika – 1 szt.	
7.	ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) -Resektoskop bipolarny 24/26 czy zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne oraz w niektórych aspektach przewyższające wymagania w SIWZ o poniższych parametrach technicznych: Resektoskop Bipolarny 22 / 24 charr - 1 zestaw Optyka endoskopowa do dedykowanego resektoskopu – 1 szt. Ø zewnętrzna optyki 4 mm Długość robocza optyki 300 mm Kierunek patrzenia optyki 30° Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kierunku patrzenia oraz kompatybilnego światłowodu Znakowanie data matrix bezpośrednio na optyce Światłowód do dedykowanego endoskopu – 1 szt. Ø wiązki włókien światłowodowych 2,5 mm Długość światłowodu min. 2,3 m Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kompatybilności światłowodu z dedykowaną optyką Światłowód zawiera wymienny odkręcany adapter po stronie źródła światła oraz odkręcany adapter po stronie endoskopu z szybkozłączem typu snap Kosz do mycia i sterylizacji optyki endoskopowej – 1 szt. Wymiary zewnętrzne kosza: 481 x 54 x 59 mm Kosz wyposażony w łańcuchy mocujące z czterema ogniwami do stabilnego umieszczenia optyki podczas reprocasowania mechanicznego, sterylizacji (parowej oraz w niskiej temperaturze), przechowywania i transportu Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji elementów resektoskopu – 1 szt. Wymiary zewnętrzne pojemnika: 466 x 77 x 266 mm Pojemnik wyposażony w silikonową matę na instrumenty Element roboczy współpracujący z optyką 4 mm - 1 szt. Typu pasywnego, bipolarny, uchwyt otwarty Znakowanie data matrix bezpośrednio na elemencie roboczym Płaszcz zewnętrzny resektoskopu – 1 szt. Średnica płaszcza zewnętrznego 24 char, płaszcz z ciągłym przepływem z oznaczonym graficznie zaworem płuczającym oraz zaworem odpływowym. Płaszcz zewnętrzny z otworami odprowadzającymi, oraz z bruzdami podłużnymi tzw. „ryflowaniem”. Płaszcz obrotowy – element roboczy, płaszcz wewnętrzny oraz optyka obracają się w płaszczu zewnętrznym Płaszcz wyposażony w kurki wykonane z PEEK, mocowane zatrzaskowo, wymienne bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego Znakowanie data matrix bezpośrednio na płaszczu zewnętrznym Płaszcz wewnętrzny do resektoskopu – 1 szt. Średnica płaszcza wewnętrznego 22 charr, z oznaczeniem kolorystycznym oraz zamknięciem snap-on Koniec dystalny skośny, wykonany z czarnego materiału ceramicznego Znakowanie data matrix bezpośrednio na płaszczu wewnętrznym Obturator do dedykowanego płaszcza wewnętrznego 22 charr – 1 szt. Elektroda tnąca, bipolarna, wielorazowa, pętla Ø 0,3 mm – 11 szt. Elektroda koagulująca, bipolarna, wielorazowa, cylinder Ø 1,2 mm – 1 szt. Kabel bipolarny do resektoskopu kompatybilny z diatermią Użytkownika – 1 szt.	Zgodnie z SWZ
8.	ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) Przedmiot przetargu: Histeroskop 4,0 Czy zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne oraz w niektórych aspektach przewyższające wymagania w SIWZ o poniższych parametrach technicznych: Histeroskop kompaktowy – 1 szt. Histeroskop o kompaktowej budowie z ciągłym przepływem -niezależne kanały dopływu i odpływu oraz kanał roboczy, Średnica zewnętrzna 3,9 mm, Kanał roboczy usytuowany „na wprost”, o średnicy 5 charr. Histeroskop wyposażony w kurki wykonane z PEEK, mocowane zatrzaskowo, wymienne bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego Długość robocza 217 mm Kierunek patrzenia 30° Histeroskop wielorazowy, w pełni autoklawowalny w 134°C Numeryczne oraz kolorystyczne oznaczenie kierunku patrzenia Oznaczenie numeryczne kompatybilnego światłowodu Pole widzenia: 76° (mierzone w powietrzu), 55° (mierzone w wodzie) Bezpośrednie oznaczenie na histeroskopie kodem Data Matrix Uchwyt ręczny do dedykowanego histeroskopu – 1 szt. Światłowód do dedykowanego endoskopu – 1 szt.	Zgodnie z SWZ

Ø wiązki włókien światłowodowych 2,5 mm Długość światłowodu min. 2,3 m Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kompatybilności światłowodu z dedykowaną optyką Światłowód zawiera wymienny odkręcany adapter po stronie źródła światła oraz odkręcany adapter po stronie endoskopu z szybkozłączem typu snap Kosz do mycia i sterylizacji – 1 szt. Przeznaczenie: reprocasowanie mechaniczne, sterylizacja (parowa oraz w niskiej temperaturze), przechowywanie i transport Wyposażony w koszyczek na niewielkie narzędzia Wymiary zewnętrzne (s x w x g): 467 x 90 x 132 mm Kompletne narzędzia do histeroskopu Kleszczyki typu aligator – 1 szt. Kleszczyki składające się z dwóch elementów: uchwytu oraz wkładu – montowane na klik uchwytu z zabezpieczeniem przeciążeniowym oraz oparciem na palec Wkład typu aligator z oznaczeniem pozycji, ze złączem luer, średnica 5 charr, dł. użytkowa 340 mm Kleszcze obrotowe 360° bez zmiany pozycji uchwytu Kleszczyki biopsyjne – 1 szt. Kleszczyki składające się z dwóch elementów: uchwytu oraz wkładu – montowane na klik uchwytu z zabezpieczeniem przeciążeniowym oraz oparciem na palec Wkład typu łyżeczka z oznaczeniem pozycji, ze złączem luer, średnica 5 charr, dł. użytkowa 340 mm Kleszcze obrotowe 360° bez zmiany pozycji uchwytu Mikronożyczki – 1 szt. Kleszczyki składające się z dwóch elementów: uchwytu oraz wkładu – montowane na klik uchwytu z zabezpieczeniem przeciążeniowym oraz oparciem na palec Wkład typu mikronożyczki z oznaczeniem pozycji, ze złączem luer, średnica 5 charr, dł. użytkowa 340 mm Kleszcze obrotowe 360° bez zmiany pozycji uchwytu Wkład typu aligator z oznaczeniem pozycji, ze złączem luer, średnica 5 charr, dł. użytkowa 340 mm – 1 szt.	
--	--

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów informuje, że **zostaje przedłużony termin składania ofert do dnia 30.10.2025 r. godz. 10:00 i otwarcia 30.10.2025 r. godz. 10:30.**

Paulina Witkowska
 Referent
 Sekcja ds. zamówień publicznych


 DYREKTOR
 Andrzej Juliusz Kamasa


 Wiesław Babiżewski
 koordynator
 ds. zamówień publicznych