

Ciechanów dnia, 14.11.2025 r. r.

AT - ZP/2501/102/25

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. **Zakup sprzętu do diagnostyki patomorfologicznej** ogłoszonego w dniu **05.11.2025 r.** w **DUUE**, nr ogłoszenia **213/2025 732801-2025**. Dokumenty zamówienia opublikowane w portalu zakupowym <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

Lp	Pytanie	Odpowiedź
1.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę i uzna za wystarczające dołączenie oryginalnych materiałów informacyjnych/Folderów/katalogów/prospektów/informacji/opisów dystrybutora w którym będą wyszczególnione informacje potwierdzające wszystkie wymagane parametry wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia? Oryginały materiałów/folderów producenta bardzo często nie odnoszą się do szczegółowych parametrów opisywanych przez Zamawiających w SWZ i są jedynie ulotką informacyjną. W związku z tym większość materiałów nie potwierdzałaby wszystkich wymaganych parametrów, zatem zasadne jest sporządzanie ich przez dystrybutora w oparciu o informacje od producenta czy autoryzowanego przedstawiciela i najlepszą wiedzę profesjonalnego wykonawcy na rynku medycznym	Zamawiający wyraża zgodę
2.	Dot. pak. nr 5 poz. 3 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kriostatu automatycznego. Jest to parametr lepszy od opisanego.	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
3.	Dot. pak. nr 5 poz. 22 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia z regulacją temperatury noża w zakresie od - 35° C do -5° C	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
4.	Dot. pak. nr 5 poz. 24 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia regulacją temperatury próbki w zakresie od - 50° do 10°C.	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
5.	Dot. pak. nr 5 poz. 31 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia z precyzyjną regulacją w płaszczyznach x i y o 7°.	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
6.	Dot. pak. nr 5 poz. 42 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 75,5 x 100 x 110 -140 cm (urządzenie z regulacją wysokości)	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
7.	Pakiet 5 Załącznik nr 2 Opis Przedmiotu zamówienia Warunki gwarancji i serwisu Punkt 5. Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu	Zamawiający nie dopuszcza

	dostępności części zamiennych do 7 lat od podpisania protokołu instalacji. Obecna sytuacja rynkowa spowodowana szybkim rozwojem technologii oraz brak przepisów prawnych nakładających na producentów obowiązku dostępności części przez tak długi okres powoduje, że w standardowych warunkach rynkowych jest to bardzo trudne do realizacji, a spełnienie takiego wymogu wymaga od wykonawców tworzenia i utrzymywania specjalnych magazynów części serwisowych, ich wcześniejszego zakupu oraz długotrwałego składowania. Działania te generują znaczące koszty logistyczne i finansowe, które muszą zostać uwzględnione w cenie oferty, co w praktyce prowadzi do istotnego podwyższenia ceny końcowej dostawy bez proporcjonalnych korzyści dla Zamawiającego.	
8.	Pytanie nr 1- Specyfikacja Warunków Zamówienia- Przedmiotowe środki dowodowe . Czy Zamawiający uzna za wystarczające załączenie do oferty kart katalogowych wystawionych przez autoryzowanego dystrybutora z uwagi na fakt, że nie jest możliwe zawarcie wszystkich wymaganych parametrów w karcie wystawionej przez producenta?	Zgodnie z SWZ
9.	Pytanie nr 2 – Załącznik nr 3- Projekt umowy Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne takie jak np. filtry węglowe o ile występują? Oczekiwanie gwarancji bez wyłączeń skutkuje brakiem możliwości rzetelnej kalkulacji oferty. Oferent nie jest w stanie określić ewentualnych kosztów dodatkowych, które mogą się pojawić w czasie eksploatacji.	Zgodnie z SWZ
10.	Pytanie nr 3 – Załącznik nr 3- Projekt umowy Czy Zamawiający dopuści obniżenie wysokości kar umownych przewidzianych w §7 projektu Umowy, w szczególności: • obniżenie kary za każdy dzień opóźnienia, o której mowa w §7 ust. 1 lit. a), z 0,2% wartości Umowy do 0,05% wartości Umowy, • obniżenie kary za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o której mowa w §7 ust. 1 lit. b), z 5% wartości Umowy do 2% wartości Umowy, • obniżenie kary za zwłokę w realizacji zobowiązań gwarancyjnych, o której mowa w §7 ust. 1 lit. c), z 100 zł za każdy dzień do 30 zł za każdy dzień? Wnosimy o zmianę wartości kar na powyższe, gdyż będą one bardziej proporcjonalne do zakresu zamówienia i realnego ryzyka po stronie Wykonawcy.	Zgodnie z SWZ
11.	Pytanie nr 4 – Załącznik nr 3- Projekt umowy Czy Zamawiający dopuści zmianę zasad naliczania kar umownych poprzez określanie ich od wartości netto, a nie od wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w §7 projektu Umowy? Zmiana ta pozwoli na bardziej przejrzyste i jednolite kalkulowanie kar umownych, zgodne ze standardem stosowanym w wielu postępowaniach dotyczących dostaw sprzętu.	Zgodnie z SWZ
12.	dotyczy Załącznik nr 2a, Pakiet 2, pozycja 5 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania o powierzchni roboczej posiadającej wymiary 450x590x300 mm	Zgodnie z SWZ
13.	dotyczy Załącznik nr 2a, Pakiet 2, pozycja 6 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania o wadze 23 kg. Jest to niewielka różnica względem wymagań Zamawiającego, nie przekładająca się na komfort pracy	Zgodnie z SWZ
14.	dotyczy Załącznik nr 2a, Pakiet 2, pozycja 7 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie	Zgodnie z SWZ

	rozwiązania wyposażonego w zbiornik na parafinę o pojemności 3,8 l. Jest to niewielka różnica względem wymagań Zamawiającego, nie przekładająca się na komfort pracy	
15.	dotyczy Załącznik nr 2a, Pakiet 2, pozycja 9 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania w którym obszar roboczy wyposażony jest w jeden wygodny trymer do usuwania nadmiaru parafiny z kasetek histopatologicznych	Zgodnie z SWZ
16.	dotyczy Załącznik nr 2a, Pakiet 2, pozycja 10 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania równoważnego, w którym wpływ parafiny aktywowany jest za pomocą odchylanego przełącznika lub pedału nożnego	Zgodnie z SWZ
17.	dotyczy Załącznik nr 2a, Pakiet 2, pozycja 12 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania równoważnego wyposażonego w pole „Peltiera” o wymiarach 50x50 mm umożliwiające szybkie schłodzenie próbek do -5 °C	Zgodnie z SWZ
18.	dotyczy Załącznik nr 2a, Pakiet 2, pozycja 13 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania wyposażonego w wyświetlacz LCD ze zintegrowanymi przyciskami membranowymi, odpornymi na zabrudzenia.	Zgodnie z SWZ
19.	dotyczy Załącznik nr 2a, Pakiet 2, pozycja 14 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania lepszego, umożliwiającego regulację temperatury zbiornika na parafinę w przedziale szerszym niż wymagany przez Zamawiającego, tj 30-80oC	Zgodnie z SWZ
20.	dotyczy Załącznik nr 2a, Pakiet 2, pozycja 16 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania nie wymagającego czujników poziomu parafiny. Użytkownik samodzielnie decyduje kiedy należy ją uzupełnić na podstawie wizualnej oceny ilości parafiny w zbiorniku	Zgodnie z SWZ
21.	dotyczy Załącznik nr 2a, Pakiet 2, pozycja 18 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania wyposażonego w jedno gniazdo pincety elektrycznej i 2 uchwyty, każdy mieszczący 3 pincety podgrzewane metodą konwekcji możliwe do umieszczenia po lewej lub prawej stronie dozownika	Zgodnie z SWZ
22.	dotyczy Załącznik nr 2a, Pakiet 2, pozycja 19 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania wyposażonego w jedną, dużą, wygodną tacę nie wymagającego dodatkowych wkładek papierowych	Zgodnie z SWZ
23.	dotyczy Załącznik nr 2a, Pakiet 2, pozycja 20 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania z oświetleniem typu LED o regulowanym kącie świecenia umieszczonym w ramieniu wylewki parafiny i włączanego przyciskiem membranowym na panelu obok wyświetlacza	Zgodnie z SWZ
24.	dotyczy Załącznik nr 2a, Pakiet 2, pozycja 21 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania nie wymagającego barwnego oświetlenie informującego o stanie urządzenia –komunikującego się z użytkownikiem za pomocą prostych i czytelnych komunikatów na wyświetlaczu LCD	Zgodnie z SWZ
25.	dotyczy Załącznik nr 2a, Pakiet 2, pozycja 24 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie	Zgodnie z SWZ

	rozwiązania z powierzchnią roboczą o wymiarach: 370x270mm, zapewniającą komfort pracy Użytkownika	
26.	dotyczy Załącznik nr 2a, Pakiet 2, pozycja 25 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania o nieco większej niż Zamawiający zakładał wadze - 26 kg. Ta niewielka różnica, nie ma wpływu na walory użytkowe płyty chłodzącej.	Zgodnie z SWZ
27.	dotyczy Załącznik nr 2a, Pakiet 2, pozycja 28 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania lepszego, wyposażonego w aluminiową powierzchnię chłodzącą do przechowywania 80 bloczków	Zgodnie z SWZ
28.	dotyczy Załącznik nr 2a, Pakiet 2, pozycja 30 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia oferującego temperaturę roboczą -150C, z możliwością jej dostosowania za pomocą wygodnych przycisków membranowych znajdujących się w frontowej części obudowy urządzenia, obok wyświetlacza typu LCD	Zgodnie z SWZ
29.	dotyczy Załącznik nr 2a, Pakiet 4, pozycja 4 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia o parametrze lepszym, oferującego możliwość jednoczesnego załadowania czterech koszyków i ich automatyczny pobór przez urządzenie	Zgodnie z SWZ
30.	dotyczy Załącznik nr 2a, Pakiet 4, pozycja 5 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia nie wymagającego osobnej stacji rozładunkowej, odkładającego zaklejone szkiełka po procesie do tego samego koszyka z którego zostały pobrane	Zgodnie z SWZ
31.	dotyczy Załącznik nr 2a, Pakiet 4, pozycja 6 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia umożliwiającego zaklejenia 720 szkiełek w ciągu godziny	Zgodnie z SWZ
32.	dotyczy Załącznik nr 2a, Pakiet 4, pozycja 8 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania równoważnego, wyposażonego w system wyrównujący ułożenie szkiełka przed zaklejeniem i umożliwiającego ustawienie nanoszenia ksylenu w dwóch miejscach na szkiełku, celem zniwelowania ryzyka powstania pęcherzyków powietrza. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania 3 programów zaklejania z innymi ustawieniami ilości i pozycji nanoszenia ksylenu	Zgodnie z SWZ
33.	dotyczy Załącznik nr 2a, Pakiet 4, pozycja 10 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania które nie wymaga współpracy z systemami LIS	Zgodnie z SWZ
34.	dotyczy Załącznik nr 2a, Pakiet 4, pozycja 11 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania nie posiadającego możliwości wbudowania czytnika kodów kreskowych	Zgodnie z SWZ
35.	dotyczy Załącznik nr 2a, Pakiet 5, pozycja 5 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania równoważnego z zakresem grubości cięcia: 0,5 - 100 µm od 0,5 - 5 µm w krokach co 0,5 µm od 5 - 20 µm w krokach co 1 µm od 20 - 50 µm w krokach co 2 µm od 50 - 100 w krokach co 5 µm	Zgodnie z SWZ
36.	dotyczy Załącznik nr 2a, Pakiet 5, pozycja 6 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie	Zgodnie z SWZ

	rozwiązania równoważnego z zakresem grubości trymowania: 5 - 600 µm od 5 - 50 µm w odstępach co 5 µm od 50 - 100 µm w odstępach co 10 µm od 100 - 600 µm w odstępach co 20 µm	
37.	dotyczy Załącznik nr 2a, Pakiet 5, pozycja 9 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania z zakresem ruchu pionowego głowicy 62 mm +/-1mm	Zgodnie z SWZ
38.	dotyczy Załącznik nr 2a, Pakiet 5, pozycja 10 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania równoważnego, w którym ruch poziomy w zakresie 30 mm +/-1mm, realizowany jest przez głowicę nie zaś przez uchwyt ostrza. Zaproponowane rozwiązanie zapewnia Operatorowi większą kontrolę nad pozycjonowaniem preparatu i minimalizuje ryzyko błędów związanych z mikroruchami samego noża, który jest elementem podatnym na drgania	Zgodnie z SWZ
39.	dotyczy Załącznik nr 2a, Pakiet 5, pozycja 11 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania równoważnego, z dotykowym ekranem umożliwiającym: przełączanie między cięciem a trymowaniem, zmianę odległości noża od próbki, zmianę grubości cięcia, przesuw powolny głowicy z próbką do przodu i tyłu, przesuw szybki głowicy z próbką do przodu i tyłu oraz wszystkie inne ustawienia urządzenia	Zgodnie z SWZ
40.	dotyczy Załącznik nr 2a, Pakiet 5, pozycja 12 Czy Zamawiający zrezygnuje z określania po jakim czasie i do jakiej temperatury ma być obniżana temperatura w trybie „stand by”, pozostawiając wymóg "Tryb „Stand By” zapewniający oszczędność energii i redukcję hałasu? Różni producenci realizują opisaną funkcjonalność tj. redukcji hałasu i oszczędzania energii, z użyciem odmiennych wartości czasu i temperatury. Obecny zapis ogranicza konkurencję.	Zgodnie z SWZ
41.	dotyczy Załącznik nr 2a, Pakiet 5, pozycja 15 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania lepszego, wyposażonego w większy niż wymagany przez Zamawiającego, czytelny ekran o przekątnej 12,1"(około 31 cm)	Zgodnie z SWZ
42.	dotyczy Załącznik nr 2a, Pakiet 5, pozycja 18 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania lepszego, wyposażonego w komorę o pojemności 53 litrów, umożliwiającą komfortową pracę i ułatwiającą rozmieszczenie preparatów	Zgodnie z SWZ
43.	dotyczy Załącznik nr 2a, Pakiet 5, pozycja 19 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania z dwoma punktami szybkiego chłodzenia opartymi o punkt Peltiera, pozwalającymi na chłodzenie do -60oC, pozostałe parametry bez zmian	Zgodnie z SWZ
44.	dotyczy Załącznik nr 2a, Pakiet 5, pozycja 20 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania równoważnego, wyposażonego w system dezynfekcji UV. Dodatkowo komora posiada powłokę „Nano-silver”(z jonami srebra) zapobiegającą zakażeniom krzyżowym	Zgodnie z SWZ
45.	dotyczy Załącznik nr 2a, Pakiet 5, pozycja 21 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania lepszego, posiadającego dwa, oparte na module Peltiera, punkty szybkiego zamrażania. Pozostałe parametry bez zmian	Zgodnie z SWZ
46.	dotyczy Załącznik nr 2a, Pakiet 5, pozycja 22 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie	Zgodnie z SWZ

	rozwiązania lepszego, umożliwiającego chłodzenie uchwytu noża w szerszym niż wymagany zakresie: -15°C do -30°C +/- 5°C	
47.	dotyczy Załącznik nr 2a, Pakiet 5, pozycja 24 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania lepszego, umożliwiającego chłodzenie głowicy na próbki w szerszym niż wymagany zakresie: -10°C do -50°C +/- 5°C	Zgodnie z SWZ
48.	dotyczy Załącznik nr 2a, Pakiet 5, pozycja 26 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania lepszego, umożliwiającego płynną regulację intensywności oświetlenia komory z poziomu menu głównego przy pomocy wygodnego, precyzyjnego suwaka.	Zgodnie z SWZ
49.	dotyczy Załącznik nr 2a, Pakiet 5, pozycja 30 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie kriostatu w którym głowica porusza się w obu osiach. Zaproponowane rozwiązanie oferuje najwyższą ergonomię, stabilność cięcia i kontrolę nad próbką, zwłaszcza kiedy preparat wymaga przesunięcia względem noża (nieregularna biopsja, duży bloczek)	Zgodnie z SWZ
50.	dotyczy Załącznik nr 2a, Pakiet 5, pozycja 33 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania równoważnego, w którym to preparat doprowadzany jest do noża, poprzez ruch głowicy, realizowany z dwiema prędkościami : 900µm/s i 1800 µm/s	Zgodnie z SWZ
51.	dotyczy Załącznik nr 2a, Pakiet 5, pozycja 35 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania równoważnego, wyposażonego w prowadnicę, prostującą skrawki i ograniczającą ich zwijanie	Zgodnie z SWZ
52.	dotyczy Załącznik nr 2a, Pakiet 5, pozycja 36 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania równoważnego, umożliwiającego nastawienie kąta nachylenia noża w zakresie 0-150	Zgodnie z SWZ
53.	dotyczy Załącznik nr 2a, Pakiet 5, pozycja 42 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia o wymiarach 830×910×1300 mm (szerokość x głębokość x wysokość / mm)	Zgodnie z SWZ
54.	Pytanie nr 1 Prosimy o modyfikację zapisów § 7 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.	Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję
55.	Dotyczy wzoru umowy: W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 7, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści: Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 5 % wartości netto umowy. Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz	Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję

	współpracy pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.																																									
56.	Pytanie nr 3 W związku z zapisem art. 433 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie zapisów § 7 w taki sposób aby kary umowne były naliczane za „zwłokę” a nie „opóźnienie” jak to zostało sformułowane.	Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję																																								
57.	Dotyczy formularza cenowego: Zwracamy Zamawiającemu uwagę, na to iż w formularzu cenowym Zamawiający dla wyceny przedmiotu zamówienia nie wskazał dodatkowej pozycji do wypełnienia w zakresie ceny za świadczenie usługi uruchomienia, instalacji i szkolenia pracowników jak to ma miejsce w innych postępowaniach na podstawie dofinansowania w programie w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie zadania pn: „zakup sprzętu do diagnostyki patomorfologicznej” w 2025 r.” - dotacja z Ministerstwa Zdrowia: przykładowy formularz z innego postępowania: <table><tr><th>L. p.</th><th>Przedmiot dostawy Nazwa asortymentu</th><th>Ilość</th><th>Jednostka miary</th><th>Cena jednostkowa netto</th><th>Wartość netto oferty /ilość x cena jednostkowa netto/</th><th>VAT %</th><th>Wartość brutto oferty /wartość netto + VAT %/</th><th>Rok produkcji Nie starszy niż</th><th>Producent oraz nazwa asortymentu oraz numer katalogowy /podaje Wykonawca/</th></tr><tr><td>1.</td><td>Zatapiarka (nazwa urządzenia)</td><td>1</td><td>Szt.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2025</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>dostawa, instalacja, szkolenie</td><td>1</td><td>Szt.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td colspan="5">Cena oferty ogółem za zadanie nr 2</td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Co również jest zgodne z regulaminem konkursu : „W ramach realizacji zadania Realizator dokona zakupu sprzętu w trybie opisanym w umowie. W ramach realizacji zadania nie są finansowane przez Ministra koszty inne niż koszt zakupu sprzętu (przez koszt zakupu sprzętu rozumie się wartość zakupu brutto). Do kosztów zakupu sprzętu nie wlicza się kosztów zorganizowania przetargu, dostawy, zainstalowania sprzętu, serwisowania sprzętu, dostosowania infrastruktury i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu. Kosztów innych niż koszt zakupu sprzętu, które nie są dofinansowane przez Ministra, nie wykazuje się w przekazanych dokumentach rozliczeniowych.” Wnosimy zatem o weryfikację i dokonanie stosownej modyfikacji w tym zakresie.	L. p.	Przedmiot dostawy Nazwa asortymentu	Ilość	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto oferty /ilość x cena jednostkowa netto/	VAT %	Wartość brutto oferty /wartość netto + VAT %/	Rok produkcji Nie starszy niż	Producent oraz nazwa asortymentu oraz numer katalogowy /podaje Wykonawca/	1.	Zatapiarka (nazwa urządzenia)	1	Szt.					2025		2.	dostawa, instalacja, szkolenie	1	Szt.					x	x	Cena oferty ogółem za zadanie nr 2						x				Zgodnie z przytoczonym przez wykonawcę fragmentem Regulaminu Konkursu. „W ramach realizacji zadania Realizator dokona zakupu sprzętu w trybie opisanym w umowie. W ramach realizacji zadania nie są finansowane przez Ministra koszty inne niż koszt zakupu sprzętu (przez koszt zakupu sprzętu rozumie się wartość zakupu brutto). Do kosztów zakupu sprzętu nie wlicza się kosztów zorganizowania przetargu, dostawy, zainstalowania sprzętu, serwisowania sprzętu, dostosowania infrastruktury i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu. Kosztów innych niż koszt zakupu sprzętu, które nie są dofinansowane przez Ministra, nie wykazuje się w przekazanych dokumentach rozliczeniowych.” Zamawiający nie zmienia brzmienia wzoru formularza cenowego.
L. p.	Przedmiot dostawy Nazwa asortymentu	Ilość	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto oferty /ilość x cena jednostkowa netto/	VAT %	Wartość brutto oferty /wartość netto + VAT %/	Rok produkcji Nie starszy niż	Producent oraz nazwa asortymentu oraz numer katalogowy /podaje Wykonawca/																																	
1.	Zatapiarka (nazwa urządzenia)	1	Szt.					2025																																		
2.	dostawa, instalacja, szkolenie	1	Szt.					x	x																																	
Cena oferty ogółem za zadanie nr 2						x																																				

Paulina Witkowska
Referent
Sekcja ds. zamówień publicznych


DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamasa


Wiesław Babiżewski
kierownik
ds. zamówień publicznych